MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ROMÂNĂ

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

NXG-EC

Electrod EC grafit · BNC

Pentru hidroponie, apă de piscină și apă de proces.

Așa utilizați electrodul în câteva minute. Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță de pe verso.

1 În ambalaj

- 1 × electrod EC NXG-EC cu cablu de 3 m și conector BNC

Disponibil separat pe meytec.eu: Standard de conductivitate 1413 µS/cm și 12.880 µS/cm, Capac de protecție pentru electrod



Manualul de utilizare complet

Scanați codul QR sau **consultați manualul de utilizare pe meytec.eu**.

Primii pași

2 Conectare și prima utilizare

1. Clătiți scurt plăcile de electrod cu apă demineralizată și scuturați electrodul pentru uscare.
2. Conectați conectorul BNC la intrarea EC a aparatului de măsurare sau a controlerului: împingeți și rotiți inelul baionetă până se fixează.
3. Setați aparatul de măsurare sau controlerul la constanta celulei K = 1.
4. Calibrați electrodul nou conform manualului aparatului dumneavoastră. A se vedea punctul 3.

> ⚠ Aparatul de măsurare sau controlerul trebuie setat la constanta celulei K = 1. Cu altă setare, valoarea măsurată nu este corectă.

> ⚠ Nu manevrați conectorul BNC cu mâinile ude. Nu așezați cablul lângă un cablu de alimentare gros: acest lucru poate perturba măsurarea.

3 Calibrare

Calibrați conform manualului aparatului de măsurare sau al sistemului de control, cu un standard de conductivitate precum 1413 µS/cm sau 12.880 µS/cm (la 25 °C).

1. Clătiți electrodul cu apă demineralizată și scuturați-l pentru uscare.
2. Deschideți un plic proaspăt sau turnați standard de conductivitate proaspăt într-un pahar curat.
3. Puneți electrodul în soluție, cu plăcile de electrod complet scufundate, și rotiți-l ușor.
4. Așteptați până când valoarea este stabilă.
5. Confirmați calibrarea pe aparatul de măsurare sau pe controler, conform manualului acelui aparat.
6. Clătiți electrodul cu apă demineralizată și scuturați-l pentru uscare.

> **Atenție:** Utilizați standardul de conductivitate o singură dată: nu turnați niciodată înapoi soluția utilizată.

4 Măsurare

1. Puneți electrodul în suport sau în camera de măsurare, cu plăcile de electrod complet în apă.
2. Așteptați până când valoarea măsurată este stabilă înainte de a o citi.
3. Dacă electrodul este montat într-o conductă: asigurați-vă că în jurul plăcilor de electrod există întotdeauna apă, chiar și când pompa se oprește.

5 Întreținere și depozitare

- Clătiți electrodul cu apă demineralizată după fiecare utilizare și scuturați-l pentru uscare. Nu atingeți plăcile de electrod.
- Depozitați electrodul curat, după clătirea cu apă demineralizată.
- Protejați plăcile de electrod împotriva loviturilor.
- Depozitați electrodul ferit de îngheț.

> **Uzură:** un electrod este un consumabil și se uzează de la prima utilizare. Cu îngrijirea potrivită, durează mai mult.

AJUTOR RAPID

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Valoarea derivă sau reacționează lent	Clătiți cu apă demineralizată și calibrați din nou.
Calibrarea nu reușește	Utilizați standard proaspăt și verificați dacă aparatul dumneavoastră este setat la constanta celulei K = 1.
Valoarea sare sau este ilogică	Verificați dacă conectorul este bine fixat și uscat.
Electrodul nu mai funcționează după mult timp	Înlocuiți electrodul.

Problema persistă? Contactați Meytec prin info@meytec.eu sau +32 3 377 83 23. Menționați modelul și numărul comenzii dumneavoastră.

Siguranță

⚠ Instrucțiuni de siguranță

- Un electrod este un instrument de măsură sensibil: nu-l scăpați și nu loviți senzorul de nimic.
- Purtați mănuși și ochelari de protecție când lucrați cu soluție de calibrare și de curățare. Citiți eticheta soluției.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Opriți controlerul sau pompa înainte de a scoate electrodul dintr-o conductă sau dintr-o cameră de măsurare.
- Nu manevrați conectorul BNC cu mâinile ude.
- Nu așezați cablul electrodului lângă un cablu electric gros (cablu de alimentare): acest lucru poate provoca interferențe și poate perturba măsurarea.

ELIMINARE ȘI RECICLARE

Nu aruncați electrodul la gunoiul menajer. **România:** predați-l gratuit la un centru de colectare DEEE. Resturile de lichid: conform etichetei și regulilor locale. În alte țări, predați gratuit electrodul la un punct de colectare municipal sau la un magazin care preia echipamente electrice și electronice.

AMBALAJ 21 PAP **Cutie** · PAP 21 · Containerul albastru 4 LDPE **Spumă de protecție** · LDPE 4 · Containerul galben

Respectați întotdeauna regulile de colectare separată ale localității dumneavoastră.

GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI CE

CE Un electrod este un consumabil; garanția legală de conformitate de 2 ani rămâne valabilă. Conform cu 2014/30/EU și cu Directiva RoHS 2011/65/EU, astfel cum a fost modificată prin (EU) 2015/863. Condiții și conformitate: consultați manualul de utilizare pe meytec.eu.

IDENTIFICARE

Model	**NXG-EC**
EAN	**5407007391622**
Conector	**BNC · 3 m**

PRODUCĂTOR

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgia
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descărcați manualul de utilizare complet

consultați manualul de utilizare pe meytec.eu

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES

Ghid de pornire rapidă electrod EC Meytec NXG-EC · Română · Versiunea 1.0 · octombrie 2026