MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENŠČINA

KRATKA NAVODILA

NXG-EC

Elektroda EC grafit · BNC

Za hidroponiko, bazensko vodo in procesno vodo.

Tako elektrodo uporabite v nekaj minutah. Najprej preberite varnostna navodila na hrbtni strani.



1 V embalaži

- 1 × elektroda EC NXG-EC s kablom 3 m in konektorjem BNC

Na voljo ločeno na meytec.eu: Standard prevodnosti 1413 µS/cm in 12.880 µS/cm, Zaščitni pokrovček elektrode

Celotna navodila za uporabo

Skenirajte kodo QR ali **glejte navodila za uporabo na meytec.eu**.

Prvi koraki

2 Priključitev in prva uporaba

1. Ploščice elektrode na kratko izperite z demineralizirano vodo in elektrodo osušite s stresanjem.
2. Konektor BNC priključite na vhod EC svojega merilnika ali krmilnika: potisnite in zavrtite bajonetni obroček, da se zaskoči.
3. Svoj merilnik ali krmilnik nastavite na konstanto celice K = 1.
4. Novo elektrodo kalibrirajte v skladu z navodili za svojo napravo. Glejte korak 3.

> ⚠ Vaš merilnik ali krmilnik mora biti nastavljen na konstanto celice K = 1. Pri drugi nastavitvi izmerjena vrednost ni pravilna.

> ⚠ Konektorja BNC ne prijemajte z mokrimi rokami. Kabla ne polagajte ob debel napajalni kabel: to lahko zmoti meritev.

3 Kalibriranje

Kalibrirajte v skladu z navodili za svoj merilnik ali krmilni sistem, s standardom prevodnosti, kot je 1413 µS/cm ali 12.880 µS/cm (pri 25 °C).

1. Elektrodo izperite z demineralizirano vodo in jo osušite s stresanjem.
2. Odprite svežo vrečko ali nalijte svež standard prevodnosti v čisto čašo.
3. Elektrodo postavite v raztopino, tako da sta ploščici elektrode popolnoma potopljeni, in z njo nežno krožite.
4. Počakajte, da se vrednost ustali.
5. Kalibracijo potrdite na svojem merilniku ali krmilniku, v skladu z navodili za to napravo.
6. Elektrodo izperite z demineralizirano vodo in jo osušite s stresanjem.

> **Pozor:** Standard prevodnosti uporabite samo enkrat: uporabljene raztopine nikoli ne vlijte nazaj.

4 Merjenje

1. Elektrodo postavite v nosilec ali merilno komoro, tako da sta ploščici elektrode popolnoma v vodi.
2. Preden izmerjeno vrednost odčitate, počakajte, da se ustali.
3. Če je elektroda vgrajena v cev: poskrbite, da je okoli ploščic elektrode vedno voda, tudi ko se črpalka ustavi.

5 Vzdrževanje in shranjevanje

- Po vsaki uporabi elektrodo izperite z demineralizirano vodo in jo osušite s stresanjem. Ploščic elektrode se ne dotikajte.
- Elektrodo shranjujte čisto, po izpiranju z demineralizirano vodo.
- Ploščici elektrode zaščitite pred udarci.
- Elektrodo shranjujte na mestu brez zmrzali.

> **Obraba:** elektroda je potrošni material in se obrablja od prve uporabe. S pravilno nego zdrži dlje.

HITRA POMOČ

TEŽAVA	REŠITEV
Vrednost odstopa ali se odziva počasi	Izperite z demineralizirano vodo in ponovno kalibrirajte.
Kalibracija ne uspe	Uporabite svež standard in preverite, ali je vaša naprava nastavljena na konstanto celice K = 1.
Vrednost skače ali je nelogična	Preverite, ali je konektor trdno pritrjen in suh.
Elektroda po dolgem času ne deluje več	Zamenjajte elektrodo.

Težava ne izgine? Obrnite se na Meytec prek info@meytec.eu ali +32 3 377 83 23. Navedite model in številko svojega naročila.

Varnost

⚠ Varnostna navodila

- Elektroda je občutljiv merilni instrument: pazite, da vam ne pade, in s senzorjem ne udarjajte ob nič.
- Pri delu s kalibracijsko in čistilno raztopino nosite rokavice in zaščitna očala. Preberite etiketo raztopine.
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Preden elektrodo odstranite iz cevi ali merilne komore, izklopite krmilnik ali črpalko.
- Konektorja BNC ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Kabla elektrode ne polagajte ob debel električni kabel (napajalni kabel): to lahko povzroči motnje in zmoti meritev.

ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Elektrode ne zavrzite med gospodinjske odpadke. **Slovenija:** brezplačno jo oddajte v zbirnem centru. Ostanke tekočin: v skladu z etiketo in lokalnimi pravili. V drugih državah elektrodo brezplačno oddajte na občinskem zbirnem mestu (zbirni center) ali v trgovini, ki prevzema električno in elektronsko opremo.

EMBALAŽA 21 PAP **Škatla** · PAP 21 · Modri zabojnik 4 LDPE **Zaščitna pena** · LDPE 4 · Rumeni zabojnik

Vedno upoštevajte pravila ločevanja odpadkov v vaši občini.

ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST IN CE

CE Elektroda je potrošni material; jamstvo za skladnost blaga v celoti ostane v veljavi. Skladna z 2014/30/EU in Direktivo RoHS 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena z (EU) 2015/863. Pogoji in skladnost: glejte navodila za uporabo na meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA

Model	**NXG-EC**
EAN	**5407007391622**
Priključek	**BNC · 3 m**

PROIZVAJALEC

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Prenesite celotna navodila za uporabo

glejte navodila za uporabo na meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Kratka navodila za elektrodo EC Meytec NXG-EC · Slovenščina · Različica 1.0 · oktober 2026