MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

HRVATSKI

KRATKE UPUTE

NXG-EC

EC elektroda grafit · BNC

Za hidroponiku, vodu iz bazena i procesnu vodu.

Ovako ćete elektrodu upotrijebiti za nekoliko minuta. Najprije pročitajte sigurnosne upute na poleđini.



1 U pakiranju

- 1 × EC elektroda NXG-EC s kabelom od 3 m i BNC konektorom

Zasebno dostupno na meytec.eu: Standard vodljivosti 1413 µS/cm i 12.880 µS/cm, Zaštitna kapica elektrode

Potpune upute za uporabu

Skenirajte QR kod ili **pogledajte upute za uporabu na meytec.eu**.

Prvi koraci

2 Priključivanje i prva uporaba

1. Kratko isperite pločice elektrode demineraliziranom vodom i osušite elektrodu protresanjem.
2. Priključite BNC konektor na EC ulaz svojeg mjerača ili upravljačke jedinice: pritisnite i okrenite bajunetni prsten dok ne klikne.
3. Postavite svoj mjerač ili upravljačku jedinicu na konstantu ćelije K = 1.
4. Novu elektrodu kalibrirajte prema uputama za svoj uređaj. Pogledajte korak 3.

⚠ Vaš mjerač ili upravljačka jedinica mora biti postavljen na konstantu ćelije K = 1. Uz drugu postavku izmjerena vrijednost nije točna.

⚠ Ne dirajte BNC konektor mokrim rukama. Ne polažite kabel uz debeli energetski kabel: to može poremetiti mjerenje.

3 Kalibriranje

Kalibrirajte prema uputama za svoj mjerač ili upravljački sustav, standardom vodljivosti kao što je 1413 µS/cm ili 12.880 µS/cm (pri 25 °C).

1. Isperite elektrodu demineraliziranom vodom i osušite je protresanjem.
2. Otvorite svježu vrećicu ili ulijte svježi standard vodljivosti u čistu čašu.
3. Stavite elektrodu u otopinu tako da pločice elektrode budu potpuno uronjene i lagano njome kružite.
4. Pričekajte da se vrijednost stabilizira.
5. Potvrdite kalibraciju na svojem mjeraču ili upravljačkoj jedinici, prema uputama za taj uređaj.
6. Isperite elektrodu demineraliziranom vodom i osušite je protresanjem.

Pozor: Standard vodljivosti upotrijebite samo jednom: iskorištenu otopinu nikada ne vraćajte natrag.

4 Mjerenje

1. Stavite elektrodu u držač ili mjernu komoru tako da pločice elektrode budu potpuno u vodi.
2. Prije očitavanja pričekajte da se izmjerena vrijednost stabilizira.
3. Ako je elektroda ugrađena u cijev: pobrinite se da oko pločica elektrode uvijek ima vode, čak i kad se pumpa zaustavi.

5 Održavanje i skladištenje

- Nakon svake uporabe isperite elektrodu demineraliziranom vodom i osušite je protresanjem. Ne dirajte pločice elektrode.
- Elektrodu skladištite čistu, nakon ispiranja demineraliziranom vodom.
- Zaštitite pločice elektrode od udaraca.
- Elektrodu skladištite zaštićenu od smrzavanja.

> **Trošenje:** elektroda je potrošni materijal i troši se od prve uporabe. Uz pravilnu njegu dulje traje.

BRZA POMOĆ

PROBLEM	RJEŠENJE
Vrijednost odstupa ili sporo reagira	Isperite demineraliziranom vodom i ponovno kalibrirajte.
Kalibracija ne uspijeva	Upotrijebite svježi standard i provjerite je li Vaš uređaj postavljen na konstantu ćelije K = 1.
Vrijednost skače ili je nelogična	Provjerite je li konektor čvrsto spojen i suh.
Elektroda nakon dugo vremena više ne radi	Zamijenite elektrodu.

Problem i dalje postoji? Obratite se tvrtki Meytec putem info@meytec.eu ili +32 3 377 83 23. Navedite model i broj svoje narudžbe.

Sigurnost

⚠ Sigurnosne upute

- Elektroda je osjetljiv mjerni instrument: pazite da Vam ne padne i nemojte senzorom udarati ni o što.
- Pri radu s otopinom za kalibraciju i čišćenje nosite rukavice i zaštitne naočale. Pročitajte naljepnicu otopine.
- Držati izvan dohvata djece.
- Isključite upravljačku jedinicu ili pumpu prije nego što izvadite elektrodu iz cijevi ili mjerne komore.
- Ne dirajte BNC konektor mokrim rukama.
- Ne polažite kabel elektrode uz debeli električni kabel (energetski kabel): to može izazvati smetnje i poremetiti mjerenje.

ZBRINJAVANJE I RECIKLIRANJE

Elektrodu ne bacajte u miješani komunalni otpad. **Hrvatska:** besplatno je predajte u reciklažnom dvorištu. Ostatke tekućine: prema etiketi i lokalnim pravilima. U ostalim zemljama elektrodu besplatno predajte na općinskom sabirnom mjestu (reciklažno dvorište) ili u trgovini koja preuzima električnu i elektroničku opremu.

AMBALAŽA 21 PAP **Kutija** · PAP 21 · Plavi spremnik 4 LDPE **Zaštitna pjena** · LDPE 4 · Žuti spremnik

Uvijek se pridržavajte pravila odvojenog prikupljanja otpada u Vašoj općini ili gradu.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE I CE

CE Elektroda je potrošni materijal; odgovornost za materijalne nedostatke u potpunosti ostaje na snazi. Sukladna s 2014/30/EU i Direktivom RoHS 2011/65/EU, kako je izmijenjena (EU) 2015/863. Uvjeti i sukladnost: pogledajte upute za uporabu na meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA

Model	**NXG-EC**
EAN	**5407007391622**
Priključak	**BNC · 3 m**

PROIZVOĐAČ

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Preuzmite potpune upute za uporabu
pogledajte upute za uporabu na meytec.eu

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES