MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

DANSK

KVIKGUIDE

# NXG-EC

## EC-elektrode grafit · BNC

Til hydrokultur, poolvand og procesvand.

---

Sådan bruger De elektroden på få minutter. Læs først sikkerhedsanvisningerne på bagsiden.




### 1 I emballagen

- 1 × NXG-EC EC-elektrode med 3 m kabel og BNC-stik

Fås separat på meytec.eu: Ledningsevnestandard 1413 µS/cm og 12.880 µS/cm, Beskyttelseshætte til elektrode

**Fuld brugsanvisning**

Scan QR-koden, eller **se brugsanvisningen på meytec.eu**.

# Kom i gang

## 2 Tilslutning og første brug

1. Skyl elektrodepladerne kort med demineraliseret vand, og ryst elektroden tør.
2. Tilslut BNC-stikket til EC-indgangen på Deres måler eller styreenhed: tryk og drej bajonetringen, til den klikker på plads.
3. Indstil Deres måler eller styreenhed til cellekonstant K = 1.
4. Kalibrér den nye elektrode i henhold til brugsanvisningen til Deres apparat. Se punkt 3.

> ⚠ Deres måler eller styreenhed skal være indstillet til cellekonstant K = 1. Med en anden indstilling er måleværdien ikke korrekt.

> ⚠ Rør ikke ved BNC-stikket med våde hænder. Læg ikke kablet ved siden af et kraftigt strømkabel: det kan forstyrre målingen.

## 3 Kalibrering

Kalibrér i henhold til brugsanvisningen til Deres måler eller styresystem med en ledningsevnestandard som 1413 µS/cm eller 12.880 µS/cm (ved 25 °C).

1. Skyl elektroden med demineraliseret vand, og ryst den tør.
2. Åbn et friskt brev, eller hæld frisk ledningsevnestandard i et rent bæger.
3. Sæt elektroden i væsken med elektrodepladerne helt nedsænket, og sving den forsigtigt rundt.
4. Vent, til værdien er stabil.
5. Bekræft kalibreringen på Deres måler eller styreenhed i henhold til brugsanvisningen til det pågældende apparat.
6. Skyl elektroden med demineraliseret vand, og ryst den tør.

> **Bemærk:** Brug kun ledningsevnestandard én gang: hæld aldrig brugt væske tilbage.

## 4 Måling

1. Sæt elektroden i holderen eller målekammeret med elektrodepladerne helt i vandet.
2. Vent, til måleværdien er stabil, før De aflæser den.
3. Sidder elektroden i et rør: sørg for, at der altid er vand omkring elektrodepladerne, også når pumpen står stille.

## 5 Vedligeholdelse og opbevaring

- Skyl elektroden med demineraliseret vand efter hver brug, og ryst den tør. Rør ikke ved elektrodepladerne.
- Opbevar elektroden ren, efter skylning med demineraliseret vand.
- Beskyt elektrodepladerne mod stød.
- Opbevar elektroden frostfrit.

> **Slid:** en elektrode er en forbrugsvare og slides fra første brug. Med den rette pleje holder den længere.

HURTIG HJÆLP

| PROBLEM | LØSNING |
|---|---|
| **Værdien driver eller reagerer langsomt** | Skyl med demineraliseret vand, og kalibrér igen. |
| **Kalibreringen lykkes ikke** | Brug frisk standard, og kontrollér, at Deres apparat er indstillet til cellekonstant K = 1. |
| **Værdien springer eller er ulogisk** | Kontrollér, at stikket sidder fast og er tørt. |
| **Elektroden virker ikke længere efter lang tid** | Udskift elektroden. |

Fortsætter problemet? Kontakt Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Oplys modellen og Deres ordrenummer.

# Sikkerhed

### ⚠ Sikkerhedsanvisninger

- En elektrode er et følsomt måleinstrument: tab den ikke, og stød ikke sensoren mod noget.
- Bær handsker og sikkerhedsbriller, når De arbejder med kalibrerings- og rengøringsvæske. Læs væskens etiket.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Sluk styreenheden eller pumpen, før De tager elektroden ud af et rør eller et målekammer.
- Rør ikke ved BNC-stikket med våde hænder.
- Læg ikke elektrodens kabel ved siden af et kraftigt elkabel (strømkabel): det kan give interferens og forstyrre målingen.

## BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE

Smid ikke elektroden ud som restaffald. **Danmark:** Aflever den gratis på genbrugsstationen. Væskerester: efter etiketten og de lokale regler. I andre lande afleveres elektroden gratis på et kommunalt indsamlingssted (genbrugsstation) eller i en butik, der tager elektrisk og elektronisk udstyr retur.

EMBALLAGE 21 PAP **Æske** · PAP 21 · Pap 4 LDPE **Beskyttelsesskum** · LDPE 4 · Plast

Følg altid Deres kommunes sorteringsregler.

## REKLAMATIONSRET OG CE

CE En elektrode er en forbrugsvare; reklamationsretten gælder fuldt ud. Overholder 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU som ændret ved (EU) 2015/863. Betingelser og overensstemmelse: se brugsanvisningen på meytec.eu.

## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Model | **NXG-EC** |
| EAN | **5407007391622** |
| Tilslutning | **BNC · 3 m** |

## PRODUCENT

**Meytec BV**
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
**meytec.eu**

Hent den fulde brugsanvisning
se brugsanvisningen på meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Kvikguide til EC-elektrode Meytec NXG-EC · Dansk · Version 1.0 · oktober 2026