MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ESPAÑOL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GT-500EC

medidor TDS/EC

EC 0 – 20.000 µS/cm · TDS 0 – 10.000 ppm · ATC

Así mide en pocos minutos. Lea primero las instrucciones de seguridad en el reverso.



1 Contenido del embalaje

- Medidor TDS/EC GT-500EC con capuchón protector
- 4 pilas de botón LR44 (ya en el aparato)
- Guía de inicio rápido

Disponible por separado en meytec.eu: Solución de calibración de conductividad 12.880 µS/cm (12,88 mS/cm), Solución de calibración de conductividad 1.413 µS/cm

Manual completo

Escanee el código QR. En la página Manuales de meytec.eu encontrará el manual completo para descargar.
meytec.eu/es/descargas/manuales/

Primeros pasos

2 Encender

1. Retire el capuchón protector del electrodo.
2. Pulse ON/OFF. El aparato se enciende.

Las pilas de botón ya están en el aparato. ¿El indicador de pila muestra una pila vacía? Sustitúyalas entonces (véase el manual).

> ⚠ **Enrosque firmemente ambas tapas, el capuchón protector abajo sobre el sensor y el compartimento de las pilas arriba, y enrosque bien la parte del sensor, para que el aparato siga siendo estanco. El agua en el aparato debida a un compartimento de las pilas o una parte del sensor flojos no está cubierta por la garantía legal de conformidad.**

3 Calibrar

¿QUÉ PUNTOS?	
1 punto: 12.880	Calibrar en 12.880 µS/cm. Después, no volver a pulsar MODE/CAL.
1 punto: 1.413	Pulsar brevemente MODE/CAL y calibrar después en 1.413 µS/cm.
2 puntos	12.880 µS/cm, enjuagar, pulsación breve de MODE/CAL y después 1.413 µS/cm.




1. Abra un sobre nuevo o un frasco nuevo de la solución que necesite. No calibre nunca directamente en un frasco: vierta una pequeña cantidad en un vaso limpio, o calibre en el sobre (un solo uso).
2. Coloque el medidor en la solución, entre la línea MIN y la línea MAX, y agítelo suavemente. Mantenga pulsado MODE/CAL 5 segundos: el modo de calibración se inicia en 12.880 µS/cm.
3. Para 1.413 µS/cm: pulse brevemente MODE/CAL. El medidor cambia y sigue calibrando automáticamente. Para 12.880 µS/cm no vuelva a pulsar.
4. Espere hasta que el valor sea totalmente estable (de 1 a 2 minutos).
5. Enjuague y sacuda para secar. Con 2 puntos: medidor en 1.413 µS/cm, pulsación breve de MODE/CAL y espere de nuevo hasta que el valor sea estable.

Enjuague el medidor y vuelva a colocar el capuchón protector.

4 Medición

1. Retire el capuchón protector.
2. Pulse ON/OFF.
3. Elija EC o TDS: pulse brevemente MODE/CAL.
4. Sumerja el medidor solo hasta que el sensor esté bajo el agua, entre la línea MIN y la línea MAX. No sumerja nunca el medidor por completo.
5. Espere hasta que la medición sea totalmente estable y lea el valor EC o el valor TDS (ppm). El medidor compensa la temperatura automáticamente (ATC).
6. Si lo desea, pulse brevemente HOLD/TEMP para retener el valor.
7. Enjuague el electrodo con agua limpia, apague el aparato y vuelva a colocar el capuchón protector.



EC Y TDS

La EC (conductividad eléctrica) es la conductividad medida del agua, en µS/cm (1.000 µS/cm = 1 mS/cm). Los TDS (sólidos disueltos totales) son una estimación en ppm que el medidor calcula a partir del valor EC: 1.000 ppm = 1 g/l.

5 Enjuagar y guardar

- Enjuague el electrodo después de cada uso con agua del grifo o agua desmineralizada.
- Vuelva a colocar siempre el capuchón protector.
- Guarde el aparato con el capuchón protector puesto.
- Guárdelo en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

AYUDA RÁPIDA

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La pantalla sigue en blanco.	Sustituya las 4 pilas de botón LR44 (véase el manual en meytec.eu).
El valor no deja de cambiar.	Sumerja el aparato hasta quedar entre la línea MIN y la línea MAX y espere hasta que el valor sea estable.
El valor no parece correcto.	Vuelva a calibrar con una solución de calibración de conductividad fresca: 12.880 µS/cm y/o 1.413 µS/cm.

¿El problema persiste? Póngase en contacto con Meytec en info@meytec.eu o en el +32 3 377 83 23. Indique el modelo y su número de pedido.

Seguridad

Pilas de botón (LR44)

- Mantenga las pilas de botón nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Una pila de botón ingerida puede causar quemaduras internas graves en 2 horas.
- ¿Sospecha que alguien ha ingerido una pila de botón o se la ha introducido en el cuerpo? Busque atención médica inmediatamente y llame al 112.
- Bélgica: Centro Antivenenos 070 245 245. Países Bajos: llame al 112, a su médico de cabecera o al servicio de urgencias de atención primaria.
- No recargue las pilas de botón. No las abra, no las queme y no las cortocircuite.
- Cierre siempre bien el compartimento de las pilas. No utilice el aparato si el compartimento de las pilas no cierra bien.

- IP65: estanco al polvo y protegido contra chorros de agua. No sumerja nunca el aparato por completo ni por encima de la línea MAX.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños. No es un juguete.
- Siga la información de seguridad de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad de cada solución.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

El contenedor tachado significa: no tire este aparato ni las pilas a la basura doméstica. Deposítelos por separado. Así los materiales pueden reutilizarse y no llegan sustancias nocivas al medio ambiente. Aparato: en Bélgica, en el punto limpio (recyclagepark) o en un punto de venta que recoja aparatos eléctricos. En los Países Bajos, en el punto limpio municipal o en un punto de recogida en la tienda. En otros países, entregue el aparato y las pilas gratuitamente en un punto limpio de su municipio o en una tienda que recoja aparatos eléctricos y electrónicos. Retire las pilas de botón del aparato antes de entregarlo. Deposite las pilas de botón vacías de forma gratuita y por separado. En los Países Bajos puede hacerlo en cualquier tienda que venda pilas, en un punto de recogida Wecycle o en el punto limpio municipal. En Bélgica puede hacerlo en cualquier punto de recogida Bebat o en el punto limpio. El contenedor tachado en la pila significa: no tirar a la basura doméstica, depositar por separado.

EMBALAJE 21 PAP **Caja** · PAP 21 · Contenedor azul 1 PET **Bandeja** · PET 1 · Contenedor amarillo

Deposite la caja (PAP 21) y el manual (PAP 22) en el contenedor azul y la bandeja (PET 1) en el contenedor amarillo.
Siga siempre las normas de separación de residuos de su municipio.

CONFORMIDAD

CE Este aparato cumple la Directiva 2014/30/UE (CEM) y la Directiva 2011/65/UE (RoHS), modificada por la Directiva (UE) 2015/863. Puede solicitar la declaración UE de conformidad en info@meytec.eu.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo	**medidor TDS/EC**
Modelo	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Número de lote	**véase el embalaje**

FABRICANTE Y CONTACTO

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Bélgica
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descargar el manual completo
meytec.eu/es/descargas/manuales/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES