MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

PORTUGUÊS

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

GT-500EC

Medidor TDS/EC

EC 0 – 20 000 µS/cm · TDS 0 – 10 000 ppm · ATC

Assim mede em poucos minutos. Leia primeiro as instruções de segurança no verso.



1 Na embalagem

- Medidor TDS/EC GT-500EC com tampa de proteção
- 4 pilhas botão LR44 (já no aparelho)
- Guia de início rápido

À venda em separado em meytec.eu: Padrão de condutividade 12 880 µS/cm (12,88 mS/cm), Padrão de condutividade 1 413 µS/cm

Manual de instruções completo

Leia o código QR. Na página Manuais de meytec.eu encontra o manual de instruções completo para transferir.
meytec.eu/pt-pt/transferencias/manuais-de-instrucoes/

Primeiros passos

2 Ligar

1. Retire a tampa de proteção do elétrodo.
2. Prima ON/OFF. O aparelho liga-se.

As pilhas botão já estão no aparelho. O indicador de pilha mostra uma pilha vazia? Nesse caso, substitua-as (ver o manual de instruções).

> ⚠ **Aperte bem ambas as tampas, a tampa de proteção em baixo sobre o sensor e o compartimento das pilhas em cima, e enrosque bem a parte do sensor, para que o aparelho se mantenha estanque. A entrada de água no aparelho devido a um compartimento das pilhas ou a uma parte do sensor mal apertados não está coberta pela garantia legal.**

3 Calibrar

QUE PONTOS?	
1 ponto: 12 880	Calibrar em 12 880 µS/cm. Depois, não voltar a premir MODE/CAL.
1 ponto: 1 413	Premir brevemente MODE/CAL e calibrar em 1 413 µS/cm.
2 pontos	12 880 µS/cm, enxaguar, premir brevemente MODE/CAL, depois 1 413 µS/cm.




1. Abra uma saqueta ou um frasco fresco do padrão de que necessita. Nunca calibre diretamente num frasco: deite uma pequena quantidade num copo limpo ou calibre na saqueta (utilização única).
2. Coloque o medidor no padrão, entre a linha MIN e a linha MAX, e agite suavemente. Mantenha MODE/CAL premido 5 segundos: o modo de calibração inicia em 12 880 µS/cm.
3. Para 1 413 µS/cm: prima brevemente MODE/CAL. O medidor muda e continua a calibrar automaticamente. Para 12 880 µS/cm, não volte a premir.
4. Aguarde até o valor estar completamente estável (1 a 2 minutos).
5. Enxague e sacuda para secar. Com 2 pontos: medidor em 1 413 µS/cm, premir brevemente MODE/CAL e aguardar novamente até o valor estabilizar.

Enxague o medidor e volte a colocar a tampa de proteção.

4 Medir

1. Retire a tampa de proteção.
2. Prima ON/OFF.
3. Escolha EC ou TDS: prima brevemente MODE/CAL.
4. Mergulhe o medidor apenas até o sensor ficar debaixo de água, entre a linha MIN e a linha MAX. Nunca mergulhe o medidor completamente.
5. Aguarde até a medição estar completamente estável e leia o valor EC ou o valor TDS (ppm). O medidor compensa a temperatura automaticamente (ATC).
6. Se necessário, prima brevemente HOLD/TEMP para manter o valor.
7. Enxague o elétrodo com água limpa, desligue o aparelho e volte a colocar a tampa de proteção.



EC E TDS

A EC (condutividade elétrica) é a condutividade medida da água, em µS/cm (1 000 µS/cm = 1 mS/cm). O TDS (sólidos dissolvidos totais) é uma estimativa em ppm que o medidor calcula a partir do valor EC: 1 000 ppm = 1 g/l.

5 Enxaguar e guardar

- Enxague o elétrodo após cada utilização com água da torneira ou água desmineralizada.
- Volte sempre a colocar a tampa de proteção.
- Guarde o aparelho com a tampa de proteção colocada.
- Guarde-o num local seco, fora do alcance das crianças.

AJUDA RÁPIDA

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O ecrã continua em branco.	Substitua as 4 pilhas botão LR44 (ver capítulo 7).
O valor continua a mudar.	Mergulhe o aparelho até ficar entre a linha MIN e a linha MAX e aguarde até o valor estabilizar.
O valor parece não estar correto.	Calibre novamente com um padrão de condutividade fresco: 12 880 µS/cm e/ou 1 413 µS/cm.

O problema persiste? Contacte a Meytec através de info@meytec.eu ou +32 3 377 83 23. Indique o modelo e o seu número de encomenda.

Segurança

Pilhas botão (LR44)

- Mantenha as pilhas botão novas e usadas fora do alcance das crianças.
- Uma pilha botão engolida pode causar queimaduras internas graves em 2 horas.
- Suspeita que alguém engoliu uma pilha botão ou a introduziu no corpo? Procure imediatamente assistência médica e ligue para o 112.
- Portugal: Centro de Informação Antivenenos (CIAV) 800 250 250.
- Não recarregue as pilhas botão. Não as abra, não as queime e não as coloque em curto-circuito.
- Feche sempre bem o compartimento das pilhas. Não utilize o aparelho se o compartimento das pilhas não fechar bem.

- IP65: estanque ao pó e resistente a jatos de água. Nunca mergulhe o aparelho completamente nem abaixo da linha MAX.
- Guarde o aparelho fora do alcance das crianças. Não é um brinquedo.
- Siga as informações de segurança do rótulo e da ficha de dados de segurança de cada solução.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

O contentor de lixo barrado com uma cruz significa: não deite este aparelho nem as pilhas no lixo doméstico. Entregue-os separadamente. Assim, os materiais podem ser reutilizados e não chegam substâncias nocivas ao ambiente. Aparelho: em Portugal, num ecocentro, num Ponto Electrão ou numa loja que receba equipamentos elétricos usados. Noutros países, entregue gratuitamente o aparelho e as pilhas num ponto de recolha municipal (ecocentro) ou numa loja que receba equipamentos elétricos e eletrónicos. Retire as pilhas botão do aparelho antes de o entregar. Entregue as pilhas botão usadas gratuitamente e em separado no pilhão (contentor vermelho do ecoponto), numa loja que venda pilhas ou num ecocentro. O contentor de lixo barrado com uma cruz na pilha significa: não deite no lixo doméstico, entregue separadamente.

EMBALAGEM 21 PAP **Caixa** · PAP 21 · Ecoponto azul 1 PET **Suporte** · PET 1 · Ecoponto amarelo

Siga sempre as regras de separação do seu município.

CONFORMIDADE

CE Este aparelho cumpre a Diretiva 2014/30/EU (CEM) e a Diretiva 2011/65/EU (RoHS), com a redação dada pela Diretiva (EU) 2015/863. A declaração UE de conformidade pode ser solicitada através de info@meytec.eu.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tipo	**Medidor TDS/EC**
Modelo	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Número de lote	**ver a embalagem**

FABRICANTE E CONTACTO

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Bélgica
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Transferir o manual de instruções completo
meytec.eu/pt-pt/transferencias/manuais-de-instrucoes/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES