MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

PORTUGUÊS

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

GT-500PH

Medidor de pH

Assim mede em poucos minutos. Leia primeiro as instruções de segurança no verso.



1 Na embalagem

- Medidor de pH GT-500PH com tampa de proteção
- 4 pilhas botão LR44 (já no aparelho)
- Guia de início rápido

À venda em separado em meytec.eu: Soluções de calibração de pH pH 4.01, pH 7.00 e pH 10.01

Manual de instruções completo

Leia o código QR. Na página Manuais de meytec.eu encontra o manual de instruções completo para transferir.
meytec.eu/pt-pt/transferencias/manuais-de-instrucoes/

Primeiros passos

2 Ligar


1. Retire a tampa de proteção do elétrodo.
2. Prima ON/OFF. O aparelho liga-se.

As pilhas botão já estão no aparelho. O indicador de pilha mostra uma pilha vazia? Nesse caso, substitua-as (ver o manual de instruções).

> ⚠ **Aperte bem ambas as tampas, a tampa de proteção em baixo sobre o sensor e o compartimento das pilhas em cima, e enrosque bem a parte do sensor, para que o aparelho se mantenha estanque. A entrada de água no aparelho devido a um compartimento das pilhas ou a uma parte do sensor mal apertados não está coberta pela garantia legal.**

3 Calibrar

QUE PONTOS?	
Novo ou sem calibração há muito tempo	Em 3 pontos: pH 7.00, 4.01 e 10.01, para uma precisão correta.
Em seguida	Em 1 ou 2 pontos: pH 7.00 e 4.01, ou pH 7.00 e 10.01, consoante o valor medido.
Piscina	Por volta de pH 7: pode continuar a calibrar apenas em pH 7.00. Ainda assim, calibre novamente em 3 pontos com regularidade.




1. Pegue no medidor de pH e abra uma saqueta fresca ou um frasco fresco de solução de calibração. Nunca calibre diretamente num frasco: deite uma pequena quantidade num copo limpo ou calibre diretamente na saqueta (utilização única). Comece sempre com pH 7.00.
2. Coloque o medidor na solução e agite-o suavemente. No primeiro ponto, abra o modo de calibração: mantenha TEMP/CAL premido 5 segundos.
3. Aguarde até o valor no ecrã estar completamente estável; isto pode demorar 1 a 2 minutos. Só então prima TEMP/CAL: o medidor reconhece o valor de pH e calibra nesse valor.
4. Enxague o medidor e sacuda-o para secar.
5. Coloque o medidor no valor de pH seguinte (pH 4.01 ou pH 10.01) e repita o mesmo processo. Assim, escolhe os pontos que calibra através da solução.

Depois: volte a colocar a tampa de proteção. Mensagem de erro? Tente novamente. Se o sensor estiver gasto, o medidor tem de ser substituído. Um defeito que já existia no momento da entrega está coberto pela garantia legal.


4 Medir

1. Retire a tampa de proteção.
2. Prima ON/OFF.
3. Mergulhe o medidor apenas até o sensor ficar debaixo de água, nunca abaixo da linha MAX. Nunca mergulhe o medidor completamente.
4. Aguarde até o valor de pH estar completamente estável e leia-o. O medidor compensa a temperatura automaticamente (ATC).
5. Se necessário, prima HOLD para manter o valor.
6. Enxague o elétrodo com água limpa, desligue o aparelho e volte a colocar a tampa de proteção.



VALOR DE REFERÊNCIA

pH ideal da água da piscina: normalmente 7,2 a 7,6.



Siga sempre o manual da sua instalação.

5 Enxaguar e guardar

- Enxague o elétrodo com água limpa após cada utilização.
- Volte sempre a colocar a tampa de proteção. Nunca deixe o elétrodo secar.
- Guarde o aparelho com a tampa de proteção colocada.
- Guarde-o num local seco, fora do alcance das crianças.

AJUDA RÁPIDA

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O ecrã continua em branco.	Substitua as 4 pilhas botão LR44 (ver capítulo 7).
O valor continua a mudar.	Aguarde até o valor estar completamente estável. Isto pode demorar 1 a 2 minutos.
O valor parece não estar correto.	Calibre novamente com soluções frescas, em 3 pontos.

O problema persiste? Contacte a Meytec através de info@meytec.eu ou +32 3 377 83 23. Indique o modelo e o seu número de encomenda.

Segurança

⚠ Pilhas botão (LR44)

- Mantenha as pilhas botão novas e usadas fora do alcance das crianças.
- Uma pilha botão engolida pode causar queimaduras internas graves em 2 horas.
- Suspeita que alguém engoliu uma pilha botão ou a introduziu no corpo? Procure imediatamente assistência médica e ligue para o 112.
- Portugal: Centro de Informação Antivenenos (CIAV) 800 250 250.
- Não recarregue as pilhas botão. Não as abra, não as queime e não as coloque em curto-circuito.
- Feche sempre bem o compartimento das pilhas. Não utilize o aparelho se o compartimento das pilhas não fechar bem.

- IP65: estanque ao pó e resistente a jatos de água. Nunca mergulhe o aparelho completamente nem abaixo da linha MAX.
- Guarde o aparelho fora do alcance das crianças. Não é um brinquedo.
- Siga as informações de segurança do rótulo e da ficha de dados de segurança de cada solução.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

O contentor de lixo barrado com uma cruz significa: não deite este aparelho nem as pilhas no lixo doméstico. Entregue-os separadamente. Assim, os materiais podem ser reutilizados e não chegam substâncias nocivas ao ambiente. Aparelho: em Portugal, num ecocentro, num Ponto Electrão ou numa loja que receba equipamentos elétricos usados. Noutros países, entregue gratuitamente o aparelho e as pilhas num ponto de recolha municipal (ecocentro) ou numa loja que receba equipamentos elétricos e eletrónicos. Retire as pilhas botão do aparelho antes de o entregar. Entregue as pilhas botão usadas gratuitamente e em separado no pilhão (contentor vermelho do ecoponto), numa loja que venda pilhas ou num ecocentro. O contentor de lixo barrado com uma cruz na pilha significa: não deite no lixo doméstico, entregue separadamente.

EMBALAGEM 21 PAP **Caixa** · PAP 21 · Ecoponto azul 1 PET **Suporte** · PET 1 · Ecoponto amarelo

Siga sempre as regras de separação do seu município.

CONFORMIDADE

CE Este aparelho cumpre a Diretiva 2014/30/EU (CEM) e a Diretiva 2011/65/EU (RoHS), com a redação dada pela Diretiva (EU) 2015/863. A declaração UE de conformidade pode ser solicitada através de info@meytec.eu.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tipo	**Medidor de pH**
Modelo	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Número de lote	**ver a embalagem**

FABRICANTE E CONTACTO

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Bélgica
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Transferir o manual de instruções completo
meytec.eu/pt-pt/transferencias/manuais-de-instrucoes/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES