MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ITALIANO

GUIDA RAPIDA

GT-500PH

tester pH

Così misura in pochi minuti. Legga prima le istruzioni di sicurezza sul retro.



1 Contenuto della confezione

- Tester pH GT-500PH con cappuccio protettivo
- 4 pile a bottone LR44 (già nell'apparecchio)
- Guida rapida

Disponibile separatamente su meytec.eu:
Soluzioni di calibrazione pH 4.01, pH 7.00 e pH 10.01

Manuale completo

Scansioni il codice QR. Nella pagina Manuali di meytec.eu trova il manuale completo da scaricare.
meytec.eu/it-ch/download/manuali/

Per iniziare

2 Accensione


1. Rimuova il cappuccio protettivo dall'elettrodo.
2. Prema ON/OFF. L'apparecchio si accende.

Le pile a bottone sono già nell'apparecchio. L'indicatore della batteria mostra una batteria scarica? Le sostituisca allora (vedere il manuale).

> ⚠ **Avviti saldamente entrambi i cappucci, il cappuccio protettivo in basso sul sensore e il vano batterie in alto, e avviti bene la parte del sensore, affinché l'apparecchio resti a tenuta stagna. L'acqua nell'apparecchio dovuta a un vano batterie o a una parte del sensore allentati non è coperta dalla garanzia legale.**

3 Calibrare

QUALI PUNTI?	
Nuovo o non calibrato da tempo	Su 3 punti: pH 7.00, 4.01 e 10.01, per una precisione corretta.
In seguito	Su 1 o 2 punti: pH 7.00 e 4.01, oppure pH 7.00 e 10.01, a seconda di dove si trova il valore misurato.
Piscina	Intorno a pH 7: può continuare a calibrare solo su pH 7.00. Ricalibri comunque regolarmente su 3 punti.




1. Prenda il tester pH e apra una bustina nuova o un flacone nuovo di soluzione di calibrazione. Non calibri mai direttamente in un flacone: versi una piccola quantità in un bicchiere pulito, oppure calibri direttamente nella bustina (monouso). Inizi sempre con pH 7.00.
2. Immerga il tester nella soluzione e lo agiti delicatamente. Al primo punto apra la modalità di calibrazione: tenga premuto TEMP/CAL per 5 secondi.
3. Attenda che il valore sul display sia completamente stabile; possono volerci da 1 a 2 minuti. Solo allora prema TEMP/CAL: il tester riconosce da sé il valore pH e si calibra su quel valore.
4. Sciacqui il tester e lo scuota per asciugarlo.
5. Immerga il tester nel valore pH successivo (pH 4.01 o pH 10.01) e ripeta la stessa procedura. Quali punti calibrare, quindi, lo sceglie con la soluzione.

In seguito: rimetta il cappuccio protettivo. Messaggio di errore? Riprovi. Se il sensore è usurato, il tester deve essere sostituito. Un difetto già presente al momento della consegna è coperto dalla garanzia legale per i difetti.


4 Misurazione

1. Rimuova il cappuccio protettivo.
2. Prema ON/OFF.
3. Immerga il tester solo finché il sensore è sott'acqua, non oltre la linea MAX. Non immerga mai il tester completamente.
4. Attenda che il valore pH sia completamente stabile e lo legga. Il tester compensa automaticamente la temperatura (ATC).
5. Se necessario, prema HOLD per bloccare il valore.
6. Sciacqui l'elettrodo con acqua pulita, spenga l'apparecchio e rimetta il cappuccio protettivo.



VALORE DI RIFERIMENTO

pH ideale dell'acqua di piscina: di solito da 7.2 a 7.6.



Segua sempre il manuale del Suo impianto.

5 Sciacquare e riporre

- Sciacqui l'elettrodo con acqua pulita dopo ogni utilizzo.
- Rimetta sempre il cappuccio protettivo. Non lasci mai asciugare l'elettrodo.
- Conservi l'apparecchio con il cappuccio protettivo inserito.
- Lo conservi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

AIUTO RAPIDO

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il display resta vuoto.	Sostituisca le 4 pile a bottone LR44 (vedere il manuale su meytec.eu).
Il valore continua a cambiare.	Attenda che il valore sia completamente stabile. Possono volerci da 1 a 2 minuti.
Il valore non sembra corretto.	Ricalibri con soluzioni fresche, su 3 punti.

Il problema persiste? Contatti Meytec all'indirizzo info@meytec.eu o al numero +32 3 377 83 23. Indichi il modello e il Suo numero d'ordine.

Sicurezza

⚠ Pile a bottone (LR44)

- Tenga le pile a bottone nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Una pila a bottone ingerita può causare gravi ustioni interne entro 2 ore.
- Sospetta che qualcuno abbia ingerito una pila a bottone o l'abbia introdotta nel corpo? Cerchi immediatamente assistenza medica e chiami il 112.
- Svizzera: Tox Info Suisse 145, 24 ore su 24.
- Non ricarichi le pile a bottone. Non le apra, non le bruci e non le metta in cortocircuito.
- Chiuda sempre bene il vano batterie. Non utilizzi l'apparecchio se il vano batterie non si chiude bene.

- IP65: totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. Non immerga mai l'apparecchio completamente e mai oltre la linea MAX.
- Conservi l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.
- Segua le informazioni di sicurezza riportate sull'etichetta e nella scheda di dati di sicurezza di ogni soluzione.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Il bidone barrato significa: non getti questo apparecchio e le batterie nei rifiuti domestici. Li consegni separatamente. Così i materiali possono essere riutilizzati e nessuna sostanza nociva finisce nell'ambiente. Apparecchio: in Svizzera gratuitamente in ogni punto vendita che tratta questo tipo di apparecchi o in un punto di raccolta, anche senza un nuovo acquisto. Negli altri Paesi, consegni gratuitamente l'apparecchio e le pile a un centro di raccolta comunale (isola ecologica) o a un negozio che ritira le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rimuova le pile a bottone dall'apparecchio prima di consegnarlo. Riconsegni gratuitamente le pile a bottone usate in qualsiasi punto vendita di pile o in un punto di raccolta, anche senza acquisto. Il bidone barrato sulla batteria significa: non gettare nei rifiuti domestici, consegnare separatamente.

IMBALLAGGIO 21 PAP **Scatola** · PAP 21 · Cartone 1 PET **Inserto** · PET 1 · Comune

Rispetti sempre le regole di raccolta del Suo Comune.

CONFORMITÀ

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/30/UE (EMC) e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/863. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta a info@meytec.eu.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Tipo	**tester pH**
Modello	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Numero di lotto	**vedere la confezione**

PRODUTTORE E CONTATTI

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgio
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Scaricare il manuale completo
meytec.eu/it-ch/download/manuali/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES