MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

EL-CY

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

GT-500PH

Μετρητής pH

Έτσι μετράτε σε λίγα μόνο λεπτά. Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας στο πίσω μέρος.



1 Στη συσκευασία

- Μετρητής pH GT-500PH με προστατευτικό καπάκι
- 4 μπαταρίες κουμπιού LR44 (ήδη στη συσκευή)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Διατίθεται χωριστά στο meytec.eu: Διαλύματα βαθμονόμησης pH pH 4.01, pH 7.00 και pH 10.01

Πλήρες εγχειρίδιο

Σαρώστε τον κωδικό QR. Στη σελίδα Εγχειρίδια του meytec.eu θα βρείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης για λήψη.
meytec.eu/el-cy/lipseis/egcheiridia-chrisis/

Πρώτα βήματα

2 Ενεργοποίηση


1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από το ηλεκτρόδιο.
2. Πατήστε ON/OFF. Η συσκευή ενεργοποιείται.

Οι μπαταρίες κουμπιού είναι ήδη στη συσκευή. Η ένδειξη δείχνει άδεια μπαταρία; Τότε αντικαταστήστε τις (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης).

> ⚠ **Βιδώστε σφιχτά και τα δύο καπάκια, το προστατευτικό καπάκι κάτω πάνω από τον αισθητήρα και τη θήκη μπαταριών πάνω, και βιδώστε καλά το τμήμα του αισθητήρα, ώστε η συσκευή να παραμένει στεγανή. Νερό στη συσκευή λόγω χαλαρής θήκης μπαταριών ή χαλαρού τμήματος αισθητήρα δεν καλύπτεται από τη νόμιμη εγγύηση.**

3 Βαθμονόμηση

ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ;	
Νέος ή χωρίς πρόσφατη βαθμονόμηση	Σε 3 σημεία: pH 7.00, 4.01 και 10.01, για σωστή ακρίβεια.
Στη συνέχεια	Σε 1 ή 2 σημεία: pH 7.00 και 4.01 ή pH 7.00 και 10.01, ανάλογα με το πού βρίσκεται η τιμή μέτρησης.
Πισίνα	Γύρω στο pH 7: μπορείτε να συνεχίσετε να βαθμονομείτε μόνο στο pH 7.00. Ωστόσο, βαθμονομείτε τακτικά ξανά σε 3 σημεία.




1. Πάρτε τον μετρητή pH και ανοίξτε ένα νέο φακελάκι ή ένα νέο μπουκάλι διαλύματος βαθμονόμησης. Μη βαθμονομείτε ποτέ απευθείας μέσα στο μπουκάλι: ρίξτε μια μικρή ποσότητα σε καθαρό ποτήρι ή βαθμονομήστε απευθείας στο φακελάκι (μίας χρήσης). Ξεκινάτε πάντα με pH 7.00.
2. Τοποθετήστε τον μετρητή στο διάλυμα και ανακινήστε τον απαλά. Στο πρώτο σημείο ανοίξτε τη λειτουργία βαθμονόμησης: κρατήστε πατημένο το TEMP/CAL 5 δευτερόλεπτα.
3. Περιμένετε μέχρι η τιμή στην οθόνη να είναι εντελώς σταθερή· αυτό μπορεί να διαρκέσει 1 έως 2 λεπτά. Μόνο τότε πατήστε TEMP/CAL: ο μετρητής αναγνωρίζει μόνος του την τιμή pH και βαθμονομείται σε αυτήν.
4. Ξεπλύνετε τον μετρητή και τινάξτε τον για να στεγνώσει.
5. Τοποθετήστε τον μετρητή στην επόμενη τιμή pH (pH 4.01 ή pH 10.01) και επαναλάβετε τα ίδια. Έτσι επιλέγετε μέσω του διαλύματος ποια σημεία βαθμονομείτε.

Έπειτα: τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό καπάκι. Μήνυμα σφάλματος; Δοκιμάστε ξανά. Αν ο αισθητήρας έχει φθαρεί, ο μετρητής πρέπει να αντικατασταθεί. Ένα ελάττωμα που υπήρχε ήδη κατά την παράδοση καλύπτεται από τη νόμιμη εγγύηση.


4 Μέτρηση

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.
2. Πατήστε ON/OFF.
3. Βυθίστε τον μετρητή μόνο μέχρι ο αισθητήρας να είναι κάτω από το νερό, όχι βαθύτερα από τη γραμμή MAX. Μη βυθίζετε ποτέ τον μετρητή ολόκληρο.
4. Περιμένετε μέχρι η τιμή pH να είναι εντελώς σταθερή και διαβάστε την. Ο μετρητής αντισταθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία (ATC).
5. Αν χρειάζεται, πατήστε HOLD για να διατηρήσετε την τιμή.
6. Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με καθαρό νερό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό καπάκι.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

Ιδανικό pH νερού πισίνας: συνήθως 7,2 έως 7,6.



Ακολουθείτε πάντα το εγχειρίδιο της εγκατάστασής σας.

5 Ξέπλυμα και αποθήκευση

- Ξεπλένετε το ηλεκτρόδιο με καθαρό νερό μετά από κάθε χρήση.
- Τοποθετείτε πάντα ξανά το προστατευτικό καπάκι. Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρόδιο να στεγνώσει.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή με το προστατευτικό καπάκι.
- Σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η οθόνη μένει κενή.	Αντικαταστήστε τις 4 μπαταρίες κουμπιού LR44 (δείτε το κεφάλαιο 7).
Η τιμή αλλάζει συνεχώς.	Περιμένετε μέχρι η τιμή να είναι εντελώς σταθερή. Αυτό μπορεί να διαρκέσει 1 έως 2 λεπτά.
Η τιμή δεν φαίνεται σωστή.	Βαθμονομήστε ξανά με φρέσκα διαλύματα, σε 3 σημεία.

Το πρόβλημα παραμένει; Επικοινωνήστε με τη Meytec μέσω info@meytec.eu ή +32 3 377 83 23. Αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό παραγγελίας σας.

Ασφάλεια

Μπαταρίες κουμπιού (LR44)

- Φυλάσσετε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες κουμπιού μακριά από παιδιά.
- Μια μπαταρία κουμπιού που καταπίνεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε 2 ώρες.
- Υποψιάζεστε ότι κάποιος κατάπιε μπαταρία κουμπιού ή την έβαλε μέσα στο σώμα του; Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και καλέστε το 112.
- Κύπρος: Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401; σε έκτακτη ανάγκη 112.
- Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες κουμπιού. Μην τις ανοίγετε, μην τις καίτε και μην τις βραχυκυκλώνετε.
- Κλείνετε πάντα καλά τη θήκη μπαταριών. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η θήκη δεν κλείνει καλά.

- IP65: στεγανή στη σκόνη και ανθεκτική σε πίδακες νερού. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ολόκληρη και ποτέ βαθύτερα από τη γραμμή MAX.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι.
- Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας στην ετικέτα και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας κάθε διαλύματος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο διαγραμμένος κάδος με τροχούς σημαίνει: μην πετάτε αυτή τη συσκευή και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα χωριστά. Έτσι τα υλικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και δεν καταλήγουν επιβλαβείς ουσίες στο περιβάλλον. Συσκευή: στην Κύπρο, δωρεάν σε σημείο συλλογής ΑΗΗΕ, σε Πράσινο Σημείο ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Σε άλλες χώρες, παραδώστε τη συσκευή και τις μπαταρίες δωρεάν σε δημοτικό σημείο συλλογής ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αφαιρέστε τις μπαταρίες κουμπιού από τη συσκευή πριν την παραδώσετε. Παραδώστε τις άδειες μπαταρίες κουμπιού δωρεάν και χωριστά σε κάδο συλλογής μπαταριών, π.χ. σε υπεραγορά ή κατάστημα, ή σε Πράσινο Σημείο. Ο διαγραμμένος κάδος με τροχούς πάνω στην μπαταρία σημαίνει: όχι στα οικιακά απορρίμματα, παραδώστε τη χωριστά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 21 PAP **Κουτί** · PAP 21 · Χαρτί/καφέ σακούλα 1 PET **Ένθετο** · PET 1 · PMD

Τηρείτε τους κανόνες ανακύκλωσης της τοπικής αρχής σας.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/30/EU (ΗΜΣ) και με την Οδηγία 2011/65/EU (RoHS), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (EU) 2015/863. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί μέσω info@meytec.eu.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	**Μετρητής pH**
Μοντέλο	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Αριθμός παρτίδας	**δείτε τη συσκευασία**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Βέλγιο
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Λήψη του πλήρους εγχειριδίου
meytec.eu/el-cy/lipseis/egcheiridia-chrisis/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES