MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

DEUTSCH

SCHNELLSTARTANLEITUNG

GT-500PH

pH-Messgerät

So messen Sie in wenigen Minuten. Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise auf der Rückseite.



1 Lieferumfang

- pH-Messgerät GT-500PH mit Schutzkappe
- 4 Knopfzellen LR44 (bereits im Gerät)
- Schnellstartanleitung

Separat erhältlich auf meytec.eu: pH-Kalibrierlösungen pH 4.01, pH 7.00 und pH 10.01

Vollständige Bedienungsanleitung

Scannen Sie den QR-Code. Auf der Seite Handbücher von meytec.eu finden Sie die vollständige Bedienungsanleitung zum Herunterladen.
meytec.eu/de-lu/downloads/handbuecher/

Erste Schritte

2 Einschalten


1. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Elektrode.
2. Drücken Sie ON/OFF. Das Gerät schaltet sich ein.

Die Knopfzellen sind bereits im Gerät. Zeigt die Batterieanzeige eine leere Batterie? Ersetzen Sie sie dann (siehe Bedienungsanleitung).

> ⚠ **Drehen Sie beide Kappen fest zu, die Schutzkappe unten über dem Sensor und das Batteriefach oben, und schrauben Sie den Sensorteil gut fest, damit das Gerät wasserdicht bleibt. Wasser im Gerät durch ein lockeres Batteriefach oder einen lockeren Sensorteil fällt nicht unter die Gewährleistung.**

3 Kalibrieren

WELCHE PUNKTE?	
Neu oder lange nicht kalibriert	An 3 Punkten: pH 7.00, 4.01 und 10.01, für eine korrekte Genauigkeit.
Danach	An 1 oder 2 Punkten: pH 7.00 und 4.01 oder pH 7.00 und 10.01, je nachdem, wo der gemessene Wert liegt.
Pool	Um pH 7: Sie können nur an pH 7.00 kalibrieren. Kalibrieren Sie trotzdem regelmäßig erneut an 3 Punkten.




1. Nehmen Sie das pH-Messgerät und öffnen Sie einen frischen Beutel oder eine frische Flasche Kalibrierlösung. Kalibrieren Sie nie direkt in einer Flasche: Gießen Sie eine kleine Menge in einen sauberen Becher oder kalibrieren Sie direkt im Beutel (Einmalgebrauch). Beginnen Sie immer mit pH 7.00.
2. Stellen Sie das Messgerät in die Lösung und schwenken Sie es sanft. Beim ersten Punkt öffnen Sie den Kalibriermodus: Halten Sie TEMP/CAL 5 Sekunden gedrückt.
3. Warten Sie, bis der Wert auf dem Display vollständig stabil ist; das kann 1 bis 2 Minuten dauern. Drücken Sie erst dann TEMP/CAL: Das Messgerät erkennt den pH-Wert selbst und kalibriert auf diesen Wert.
4. Spülen Sie das Messgerät ab und schütteln Sie es trocken.
5. Stellen Sie das Messgerät in den nächsten pH-Wert (pH 4.01 oder pH 10.01) und wiederholen Sie denselben Vorgang. Welche Punkte Sie kalibrieren, wählen Sie also mit der Lösung.

Danach: Schutzkappe wieder aufsetzen. Fehlermeldung? Versuchen Sie es erneut. Ist der Sensor verschlissen, muss das Messgerät ersetzt werden. Ein Mangel, der bereits bei der Lieferung vorhanden war, fällt unter die gesetzliche Gewährleistung.


4 Messen

1. Entfernen Sie die Schutzkappe.
2. Drücken Sie ON/OFF.
3. Tauchen Sie das Messgerät nur so weit ein, bis der Sensor unter Wasser ist, nicht tiefer als bis zur MAX-Linie.
   Tauchen Sie das Messgerät nie vollständig ein.
4. Warten Sie, bis der pH-Wert vollständig stabil ist, und lesen Sie ihn ab. Das Messgerät kompensiert die Temperatur automatisch (ATC).
5. Drücken Sie gegebenenfalls HOLD, um den Wert festzuhalten.
6. Spülen Sie die Elektrode mit sauberem Wasser ab, schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.



RICHTWERT

Idealer pH-Wert von Poolwasser: meist 7,2 bis 7,6.



Beachten Sie immer die Anleitung Ihrer Anlage.

5 Abspülen und aufbewahren

- Spülen Sie die Elektrode nach jedem Gebrauch mit sauberem Wasser ab.
- Setzen Sie die Schutzkappe immer wieder auf. Lassen Sie die Elektrode nie austrocknen.
- Bewahren Sie das Gerät mit aufgesetzter Schutzkappe auf.
- Bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.

SCHNELLE HILFE

PROBLEM	LÖSUNG
Das Display bleibt leer.	Ersetzen Sie die 4 Knopfzellen LR44 (siehe Bedienungsanleitung auf meytec.eu).
Der Wert ändert sich ständig.	Warten Sie, bis der Wert vollständig stabil ist. Das kann 1 bis 2 Minuten dauern.
Der Wert scheint nicht zu stimmen.	Kalibrieren Sie erneut mit frischen Lösungen, an 3 Punkten.

Besteht das Problem weiterhin? Wenden Sie sich an Meytec unter info@meytec.eu oder +32 3 377 83 23. Geben Sie das Modell und Ihre Bestellnummer an.

Sicherheit

Knopfzellen (LR44)

- Halten Sie neue und gebrauchte Knopfzellen von Kindern fern.
- Eine verschluckte Knopfzelle kann innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen.
- Vermuten Sie, dass jemand eine Knopfzelle verschluckt oder in den Körper eingeführt hat? Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe und rufen Sie 112 an.
- Luxemburg: Giftnotrufzentrale (Centre Antipoisons) 8002 5500.
- Laden Sie die Knopfzellen nicht auf. Öffnen Sie sie nicht, verbrennen Sie sie nicht und schließen Sie sie nicht kurz.
- Schließen Sie das Batteriefach immer richtig. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Batteriefach nicht richtig schließt.

- IP65: staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser. Tauchen Sie das Gerät nie vollständig und nie tiefer als bis zur MAX-Linie ein.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist kein Spielzeug.
- Beachten Sie die Sicherheitsinformationen auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt jeder Lösung.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Entsorgen Sie dieses Gerät und die Batterien nicht im Hausmüll. Geben Sie sie getrennt ab. So können die Materialien wiederverwendet werden und es gelangen keine Schadstoffe in die Umwelt. Luxemburg: Geben Sie das Gerät kostenlos in einem Recyclingzentrum (centre de ressources) oder bei einer Verkaufsstelle ab, die Elektrogeräte zurücknimmt. In anderen Ländern geben Sie das Gerät und die Batterien kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) oder bei einem Geschäft ab, das Elektro- und Elektronikgeräte zurücknimmt. Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, bevor Sie es abgeben. Geben Sie leere Knopfzellen kostenlos und getrennt in einem Geschäft, das Batterien verkauft, in einem Ressourcenzentrum oder bei der SuperDrecksKëscht ab. Die durchgestrichene Mülltonne auf der Batterie bedeutet: nicht im Hausmüll entsorgen, getrennt abgeben.

VERPACKUNG 21 PAP **Karton** · PAP 21 · Papier und Karton 1 PET **Einsatz** · PET 1 · Blauer Valorlux-Sack

Beachten Sie immer die Trennregeln Ihrer Gemeinde.

KONFORMITÄT

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), geändert durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Die EU-Konformitätserklärung können Sie unter info@meytec.eu anfordern.

PRODUKTIDENTIFIKATION

Typ	**pH-Messgerät**
Modell	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Chargennummer	**siehe Verpackung**

HERSTELLER UND KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Vollständige Bedienungsanleitung herunterladen
meytec.eu/de-lu/downloads/handbuecher/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES