MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ROMÂNĂ

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

NXG-PH

Electrod pH · BNC

Pentru piscină, acvariu, hidroponie și tratarea apei.

Așa utilizați electrodul în câteva minute. Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță de pe verso.



1 În ambalaj

- 1 × electrod pH NXG-PH cu cablu de 3 m și conector BNC
- 1 × capac de protecție cu soluție de păstrare KCl 3 mol/l

Disponibil separat pe meytec.eu: Soluție de calibrare pH 4, pH 7 și pH 10, Soluție de păstrare KCl 3 mol/l, Soluție de curățare, Capac de protecție pentru electrod

Manualul de utilizare complet

Scanați codul QR sau **consultați manualul de utilizare pe meytec.eu**.

Primii pași

2 Conectare și prima utilizare

1. Scoateți cu grijă capacul de protecție de pe electrod. Nu aruncați soluția de păstrare; păstrați capacul în poziție verticală.
2. Clătiți scurt senzorul cu apă curată (apă de la robinet sau apă demineralizată) și scuturați electrodul pentru uscare. Nu frecați sticla.
3. Conectați conectorul BNC la intrarea pH a aparatului dumneavoastră: împingeți și rotiți inelul baionetă până se fixează.
4. Calibrați electrodul nou în 3 puncte (pH 7, 4 și 10). A se vedea punctul 3.

Senzorul mereu umed: puneți întotdeauna la loc capacul de protecție cu soluție de păstrare după utilizare. Nu lăsați niciodată senzorul să se usuce.

⚠ Nu manevrați conectorul BNC cu mâinile ude. Nu așezați cablul lângă un cablu de alimentare gros: acest lucru poate perturba măsurarea.

3 Calibrare

CE PUNCTE?	
3 puncte · pH 7, 4, 10	La un electrod nou sau dacă nu ați calibrat de mult timp.
1 punct · pH 7	Pentru o verificare intermediară.
2 puncte · pH 7 + 4 sau 7 + 10	În funcție de ce cere aparatul de măsurare sau controlerul.

1. Curățați mai întâi electrodul dacă are depuneri (a se vedea Întreținere) și clătiți-l.
2. Deschideți un plic proaspăt sau un flacon proaspăt de soluție de calibrare pH 7.
3. Puneți electrodul în soluție și rotiți-l ușor.
4. Așteptați până când valoarea este complet stabilă (1–2 minute).
5. Confirmați calibrarea pe aparatul de măsurare sau pe controler, conform manualului acelui aparat.
6. Clătiți electrodul, scuturați-l pentru uscare și treceți la punctul următor (pH 4 sau pH 10).

Atenție: Calibrați întotdeauna mai întâi pH 7, apoi pH 4 și/sau pH 10. Utilizați soluția de calibrare o singură dată.

4 Măsurare

1. Puneți electrodul în suport sau în camera de măsurare, cu senzorul complet în apă.
2. Așteptați până când valoarea măsurată este stabilă înainte de a o citi.
3. Dacă electrodul este montat într-o conductă: asigurați-vă că în jurul senzorului există întotdeauna apă, chiar și când pompa se oprește.

5 Întreținere și depozitare

- Păstrați întotdeauna electrodul în capacul de protecție, umplut cu soluție de păstrare KCl 3 mol/l. Niciodată uscat și niciodată în apă demineralizată: aceasta poate deteriora ireparabil electrodul.
- Completați capacul de protecție sau înlocuiți soluția de păstrare imediat ce este tulbure, veche sau contaminată.
- Curățați electrodul cu soluție de curățare pentru a îndepărta depunerile, timp de maximum 15 minute. Faceți acest lucru înainte de calibrare.
- Depozitați electrodul ferit de îngheț.

> **Uzură:** un electrod este un consumabil și se uzează de la prima utilizare. Cu îngrijirea potrivită, durează mai mult.

AJUTOR RAPID

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Valoarea continuă să derive sau reacționează lent	Curățați (max. 15 min), clătiți și calibrați din nou. Dacă nu ajută: înlocuiți electrodul.
Calibrarea nu reușește	Utilizați un plic proaspăt sau un flacon proaspăt.
Valoarea sare sau este ilogică	Verificați dacă conectorul este bine fixat și uscat.
Electrodul a stat uscat	Puneți-l cel puțin o oră, de preferință o noapte, în soluție de păstrare KCl 3 mol/l și calibrați din nou.

Problema persistă? Contactați Meytec prin info@meytec.eu sau +32 3 377 83 23. Menționați modelul și numărul comenzii dumneavoastră.

Siguranță

⚠ Instrucțiuni de siguranță

- Un electrod este un instrument de măsură sensibil: senzorul este din sticlă. Nu-l scăpați și nu loviți senzorul de nimic.
- Purtați mănuși și ochelari de protecție când lucrați cu soluție de calibrare și de curățare. Citiți eticheta soluției.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Opriți controlerul sau pompa înainte de a scoate electrodul dintr-o conductă sau dintr-o cameră de măsurare.
- Nu manevrați conectorul BNC cu mâinile ude.
- Nu așezați cablul electrodului lângă un cablu electric gros (cablu de alimentare): acest lucru poate provoca interferențe și poate perturba măsurarea.

ELIMINARE ȘI RECICLARE

Nu aruncați electrodul la gunoiul menajer. **România:** predați-l gratuit la un centru de colectare DEEE. Resturile de lichid: conform etichetei și regulilor locale. În alte țări, predați gratuit electrodul la un punct de colectare municipal sau la un magazin care preia echipamente electrice și electronice.

AMBALAJ 21 PAP **Cutie** · PAP 21 · Containerul albastru 4 LDPE **Spumă de protecție** · LDPE 4 · Containerul galben

Respectați întotdeauna regulile de colectare separată ale localității dumneavoastră.

GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI CE

CE Un electrod este un consumabil; garanția legală de conformitate de 2 ani rămâne valabilă. Conform cu 2014/30/EU și cu Directiva RoHS 2011/65/EU, astfel cum a fost modificată prin (EU) 2015/863. Condiții și conformitate: consultați manualul de utilizare pe meytec.eu.

IDENTIFICARE

Model	**NXG-PH**
EAN	**5407007391608**
Conector	**BNC · 3 m**

PRODUCĂTOR

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgia
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descărcați manualul de utilizare complet

consultați manualul de utilizare pe meytec.eu

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES

Ghid de pornire rapidă electrod pH Meytec NXG-PH · Română · Versiunea 1.0 · octombrie 2026