MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENŠČINA

KRATKA NAVODILA

NXG-PH

Elektroda pH · BNC

Za bazen, akvarij, hidroponiko in obdelavo vode.

Tako elektrodo uporabite v nekaj minutah. Najprej preberite varnostna navodila na hrbtni strani.



1 V embalaži

- 1 × elektroda pH NXG-PH s kablom 3 m in konektorjem BNC
- 1 × zaščitni pokrovček z raztopino za shranjevanje KCl 3 mol/l

Na voljo ločeno na meytec.eu: Kalibracijska raztopina pH 4, pH 7 in pH 10, Raztopina za shranjevanje KCl 3 mol/l, Čistilna raztopina, Zaščitni pokrovček elektrode

Celotna navodila za uporabo

Skenirajte kodo QR ali **glejte navodila za uporabo na meytec.eu**.

Prvi koraki

2 Priključitev in prva uporaba

1. Z elektrode previdno odstranite zaščitni pokrovček. Raztopine za shranjevanje ne zavrzite; pokrovček hranite v pokončnem položaju.
2. Senzor na kratko izperite s čisto vodo (vodo iz pipe ali demineralizirano vodo) in elektrodo osušite s stresanjem. Stekla ne drgnite.
3. Konektor BNC priključite na vhod pH svoje naprave: potisnite in zavrtite bajonetni obroček, da se zaskoči.
4. Novo elektrodo kalibrirajte v 3 točkah (pH 7, 4 in 10). Glejte korak 3.

Senzor vedno moker: po uporabi vedno znova namestite zaščitni pokrovček z raztopino za shranjevanje. Senzorja nikoli ne pustite, da se izsuši.

⚠ Konektorja BNC ne prijemajte z mokrimi rokami. Kabla ne polagajte ob debel napajalni kabel: to lahko zmoti meritev.

3 Kalibriranje

KATERE TOČKE?	
3 točke · pH 7, 4, 10	Pri novi elektrodi ali če dolgo niste kalibrirali.
1 točka · pH 7	Za vmesno preverjanje.
2 točki · pH 7 + 4 ali 7 + 10	Glede na zahteve vašega merilnika ali krmilnika.

1. Če so na elektrodi obloge, jo najprej očistite (glejte Vzdrževanje) in izperite.
2. Odprite svežo vrečko ali svežo steklenico kalibracijske raztopine pH 7.
3. Elektrodo postavite v raztopino in z njo nežno krožite.
4. Počakajte, da je vrednost popolnoma stabilna (1–2 minuti).
5. Kalibracijo potrdite na svojem merilniku ali krmilniku, v skladu z navodili za to napravo.
6. Elektrodo izperite, jo osušite s stresanjem in pojdite na naslednjo točko (pH 4 ali pH 10).

Pozor: Vedno najprej kalibrirajte pH 7, nato pH 4 in/ali pH 10. Kalibracijsko raztopino uporabite samo enkrat.

4 Merjenje

1. Elektrodo postavite v nosilec ali merilno komoro, tako da je senzor popolnoma v vodi.
2. Preden izmerjeno vrednost odčitate, počakajte, da se ustali.
3. Če je elektroda vgrajena v cev: poskrbite, da je okoli senzorja vedno voda, tudi ko se črpalka ustavi.

5 Vzdrževanje in shranjevanje

- Elektrodo vedno shranjujte v zaščitnem pokrovčku, napolnjenem z raztopino za shranjevanje KCl 3 mol/l. Nikoli na suhem in nikoli v demineralizirani vodi: to lahko elektrodo nepopravljivo poškoduje.
- Zaščitni pokrovček dopolnite ali zamenjajte raztopino za shranjevanje, takoj ko je motna, stara ali onesnažena.
- Elektrodo očistite s čistilno raztopino, da odstranite obloge, največ 15 minut. To storite pred kalibracijo.
- Elektrodo shranjujte na mestu brez zmrzali.

> **Obraba:** elektroda je potrošni material in se obrablja od prve uporabe. S pravilno nego zdrži dlje.

HITRA POMOČ

TEŽAVA	REŠITEV
Vrednost še naprej odstopa ali se odziva počasi	Očistite (največ 15 min), izperite in ponovno kalibrirajte. Če to ne pomaga: zamenjajte elektrodo.
Kalibracija ne uspe	Uporabite svežo vrečko ali svežo steklenico.
Vrednost skače ali je nelogična	Preverite, ali je konektor trdno pritrjen in suh.
Elektroda je stala na suhem	Postavite jo vsaj za eno uro, bolje čez noč, v raztopino za shranjevanje KCl 3 mol/l in ponovno kalibrirajte.

Težava ne izgine? Obrnite se na Meytec prek info@meytec.eu ali +32 3 377 83 23. Navedite model in številko svojega naročila.

Varnost

⚠ Varnostna navodila

- Elektroda je občutljiv merilni instrument: senzor je iz stekla. Pazite, da vam ne pade, in s senzorjem ne udarjajte ob nič.
- Pri delu s kalibracijsko in čistilno raztopino nosite rokavice in zaščitna očala. Preberite etiketo raztopine.
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Preden elektrodo odstranite iz cevi ali merilne komore, izklopite krmilnik ali črpalko.
- Konektorja BNC ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Kabla elektrode ne polagajte ob debel električni kabel (napajalni kabel): to lahko povzroči motnje in zmoti meritev.

ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Elektrode ne zavrzite med gospodinjske odpadke. **Slovenija:** brezplačno jo oddajte v zbirnem centru. Ostanke tekočin: v skladu z etiketo in lokalnimi pravili. V drugih državah elektrodo brezplačno oddajte na občinskem zbirnem mestu (zbirni center) ali v trgovini, ki prevzema električno in elektronsko opremo.

EMBALAŽA 21 PAP **Škatla** · PAP 21 · Modri zabojnik 4 LDPE **Zaščitna pena** · LDPE 4 · Rumeni zabojnik

Vedno upoštevajte pravila ločevanja odpadkov v vaši občini.

ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST IN CE

CE Elektroda je potrošni material; jamstvo za skladnost blaga v celoti ostane v veljavi. Skladna z 2014/30/EU in Direktivo RoHS 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena z (EU) 2015/863. Pogoji in skladnost: glejte navodila za uporabo na meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA

Model	**NXG-PH**
EAN	**5407007391608**
Priključek	**BNC · 3 m**

PROIZVAJALEC

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Prenesite celotna navodila za uporabo

glejte navodila za uporabo na meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Kratka navodila za elektrodo pH Meytec NXG-PH · Slovenščina · Različica 1.0 · oktober 2026