MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

HRVATSKI

KRATKE UPUTE

NXG-PH

pH elektroda · BNC

Za bazen, akvarij, hidroponiku i obradu vode.

Ovako ćete elektrodu upotrijebiti za nekoliko minuta. Najprije pročitajte sigurnosne upute na poleđini.



1 U pakiranju

- 1 × pH elektroda NXG-PH s kabelom od 3 m i BNC konektorom
- 1 × zaštitna kapica s otopinom za čuvanje KCl 3 mol/l

Zasebno dostupno na meytec.eu: Otopina za kalibraciju pH 4, pH 7 i pH 10, Otopina za čuvanje KCl 3 mol/l, Otopina za čišćenje, Zaštitna kapica elektrode

Potpune upute za uporabu

Skenirajte QR kod ili **pogledajte upute za uporabu na meytec.eu**.

Prvi koraci

2 Priključivanje i prva uporaba

1. Pažljivo skinite zaštitnu kapicu s elektrode. Ne bacajte otopinu za čuvanje; čuvajte kapicu u uspravnom položaju.
2. Kratko isperite senzor čistom vodom (vodom iz slavine ili demineraliziranom vodom) i osušite elektrodu protresanjem. Ne trljajte staklo.
3. Priključite BNC konektor na pH ulaz svojeg uređaja: pritisnite i okrenite bajunetni prsten dok ne klikne.
4. Novu elektrodu kalibrirajte u 3 točke (pH 7, 4 i 10). Pogledajte korak 3.

Senzor uvijek mokar: nakon uporabe uvijek vratite zaštitnu kapicu s otopinom za čuvanje. Nikada ne dopustite da se senzor osuši.

⚠ Ne dirajte BNC konektor mokrim rukama. Ne polažite kabel uz debeli energetski kabel: to može poremetiti mjerenje.

3 Kalibriranje

KOJE TOČKE?	
3 točke · pH 7, 4, 10	Kod nove elektrode ili ako dugo niste kalibrirali.
1 točka · pH 7	Za međukontrolu.
2 točke · pH 7 + 4 ili 7 + 10	Prema zahtjevima Vašeg mjerača ili upravljačke jedinice.

1. Ako elektroda ima naslage, najprije je očistite (pogledajte Održavanje) i isperite.
2. Otvorite svježu vrećicu ili svježu bocu otopine za kalibraciju pH 7.
3. Stavite elektrodu u otopinu i lagano njome kružite.
4. Pričekajte da vrijednost bude potpuno stabilna (1–2 minute).
5. Potvrdite kalibraciju na svojem mjeraču ili upravljačkoj jedinici, prema uputama za taj uređaj.
6. Isperite elektrodu, osušite je protresanjem i prijeđite na sljedeću točku (pH 4 ili pH 10).

Pozor: Uvijek najprije kalibrirajte pH 7, zatim pH 4 i/ili pH 10. Otopinu za kalibraciju upotrijebite samo jednom.

4 Mjerenje

1. Stavite elektrodu u držač ili mjernu komoru tako da senzor bude potpuno u vodi.
2. Prije očitavanja pričekajte da se izmjerena vrijednost stabilizira.
3. Ako je elektroda ugrađena u cijev: pobrinite se da oko senzora uvijek ima vode, čak i kad se pumpa zaustavi.

5 Održavanje i skladištenje

- Elektrodu uvijek čuvajte u zaštitnoj kapici napunjenoj otopinom za čuvanje KCl 3 mol/l. Nikada na suhom i nikada u demineraliziranoj vodi: to može nepopravljivo oštetiti elektrodu.
- Dopunite zaštitnu kapicu ili zamijenite otopinu za čuvanje čim postane mutna, stara ili onečišćena.
- Očistite elektrodu otopinom za čišćenje kako biste uklonili naslage, najviše 15 minuta. Učinite to prije kalibracije.
- Elektrodu skladištite zaštićenu od smrzavanja.

> **Trošenje:** elektroda je potrošni materijal i troši se od prve uporabe. Uz pravilnu njegu dulje traje.

BRZA POMOĆ

PROBLEM	RJEŠENJE
Vrijednost i dalje odstupa ili sporo reagira	Očistite (najviše 15 min), isperite i ponovno kalibrirajte. Ako to ne pomogne: zamijenite elektrodu.
Kalibracija ne uspijeva	Upotrijebite svježu vrećicu ili svježu bocu.
Vrijednost skače ili je nelogična	Provjerite je li konektor čvrsto spojen i suh.
Elektroda je stajala na suhom	Stavite je najmanje na sat vremena, a bolje preko noći, u otopinu za čuvanje KCl 3 mol/l i ponovno kalibrirajte.

Problem i dalje postoji? Obratite se tvrtki Meytec putem info@meytec.eu ili +32 3 377 83 23. Navedite model i broj svoje narudžbe.

Sigurnost

⚠ Sigurnosne upute

- Elektroda je osjetljiv mjerni instrument: senzor je od stakla. Pazite da Vam ne padne i nemojte senzorom udarati ni o što.
- Pri radu s otopinom za kalibraciju i čišćenje nosite rukavice i zaštitne naočale. Pročitajte naljepnicu otopine.
- Držati izvan dohvata djece.
- Isključite upravljačku jedinicu ili pumpu prije nego što izvadite elektrodu iz cijevi ili mjerne komore.
- Ne dirajte BNC konektor mokrim rukama.
- Ne polažite kabel elektrode uz debeli električni kabel (energetski kabel): to može izazvati smetnje i poremetiti mjerenje.

ZBRINJAVANJE I RECIKLIRANJE



Elektrodu ne bacajte u miješani komunalni otpad. **Hrvatska:** besplatno je predajte u reciklažnom dvorištu. Ostatke tekućine: prema etiketi i lokalnim pravilima. U ostalim zemljama elektrodu besplatno predajte na općinskom sabirnom mjestu (reciklažno dvorište) ili u trgovini koja preuzima električnu i elektroničku opremu.

AMBALAŽA  **Kutija** · PAP 21 · Plavi spremnik  **Zaštitna pjena** · LDPE 4 · Žuti spremnik

Uvijek se pridržavajte pravila odvojenog prikupljanja otpada u Vašoj općini ili gradu.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE I CE

CE Elektroda je potrošni materijal; odgovornost za materijalne nedostatke u potpunosti ostaje na snazi. Sukladna s 2014/30/EU i Direktivom RoHS 2011/65/EU, kako je izmijenjena (EU) 2015/863. Uvjeti i sukladnost: pogledajte upute za uporabu na meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA

Model	**NXG-PH**
EAN	**5407007391608**
Priključak	**BNC · 3 m**

PROIZVOĐAČ

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu



Preuzmite potpune upute za uporabu
pogledajte upute za uporabu na meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES