MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

NXG-PH

Ηλεκτρόδιο pH · BNC

Για πισίνα, ενυδρείο, υδροπονία και επεξεργασία νερού.

Έτσι χρησιμοποιείτε το ηλεκτρόδιο σε λίγα μόνο λεπτά. Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας στο πίσω μέρος.



1 Στη συσκευασία

- 1 × ηλεκτρόδιο pH NXG-PH με καλώδιο 3 m και σύνδεσμο BNC
- 1 × προστατευτικό καπάκι με υγρό φύλαξης KCl 3 mol/l

Διατίθεται χωριστά στο meytec.eu: Διάλυμα βαθμονόμησης pH 4, pH 7 και pH 10, Υγρό φύλαξης KCl 3 mol/l, Διάλυμα καθαρισμού, Προστατευτικό καπάκι ηλεκτροδίου

Πλήρες εγχειρίδιο

Σαρώστε τον κωδικό QR ή **δείτε το εγχειρίδιο στο meytec.eu**.

Πρώτα βήματα

2 Σύνδεση και πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το προστατευτικό καπάκι από το ηλεκτρόδιο. Μην πετάτε το υγρό φύλαξης· κρατήστε το καπάκι όρθιο.
2. Ξεπλύνετε σύντομα τον αισθητήρα με καθαρό νερό (νερό βρύσης ή απιονισμένο νερό) και τινάξτε το ηλεκτρόδιο. Μην τρίβετε το γυαλί.
3. Συνδέστε τον σύνδεσμο BNC στην είσοδο pH της συσκευής σας: πιέστε και γυρίστε τον δακτύλιο μπαγιονέτ μέχρι να κουμπώσει.
4. Βαθμονομήστε το νέο ηλεκτρόδιο σε 3 σημεία (pH 7, 4 και 10). Δείτε το βήμα 3.

Αισθητήρας πάντα υγρός: τοποθετείτε πάντα ξανά το προστατευτικό καπάκι με υγρό φύλαξης μετά τη χρήση. Μην αφήνετε ποτέ τον αισθητήρα να στεγνώσει.

⚠ Μην πιάνετε τον σύνδεσμο BNC με βρεγμένα χέρια. Μην τοποθετείτε το καλώδιο δίπλα σε βαρύ καλώδιο ρεύματος: αυτό μπορεί να διαταράξει τη μέτρηση.

3 Βαθμονόμηση

ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ;	
3 σημεία · pH 7, 4, 10	Για νέο ηλεκτρόδιο ή αν δεν έχετε βαθμονομήσει καιρό.
1 σημείο · pH 7	Για ενδιάμεσο έλεγχο.
2 σημεία · pH 7 + 4 ή 7 + 10	Ανάλογα με τις απαιτήσεις του μετρητή ή του ελεγκτή σας.

1. Καθαρίστε πρώτα το ηλεκτρόδιο αν έχει επικαθίσεις (δείτε την ενότητα Φροντίδα) και ξεπλύνετέ το.
2. Ανοίξτε ένα νέο φακελάκι ή ένα νέο μπουκάλι διαλύματος βαθμονόμησης pH 7.
3. Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στο υγρό και κουνήστε το απαλά.
4. Περιμένετε μέχρι η τιμή να είναι εντελώς σταθερή (1–2 λεπτά).
5. Επιβεβαιώστε τη βαθμονόμηση στον μετρητή ή τον ελεγκτή σας, σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής.
6. Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο, τινάξτε το και περάστε στο επόμενο σημείο (pH 4 ή pH 10).

Προσοχή: Βαθμονομείτε πάντα πρώτα pH 7, έπειτα pH 4 ή/και pH 10. Χρησιμοποιείτε το διάλυμα βαθμονόμησης μόνο μία φορά.

4 Μέτρηση

1. Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στη βάση ή στον θάλαμο μέτρησης, με τον αισθητήρα εντελώς μέσα στο νερό.
2. Περιμένετε σταθερή τιμή πριν τη διαβάσετε.
3. Αν το ηλεκτρόδιο είναι σε σωλήνα: φροντίστε να υπάρχει πάντα νερό γύρω από τον αισθητήρα, ακόμη κι όταν σταματά η αντλία.

5 Φροντίδα και αποθήκευση

- Αποθηκεύετε πάντα το ηλεκτρόδιο στο προστατευτικό καπάκι, γεμάτο με υγρό φύλαξης KCl 3 mol/l. Ποτέ στεγνό και ποτέ σε απιονισμένο νερό: αυτό μπορεί να καταστρέψει ανεπανόρθωτα το ηλεκτρόδιο.
- Συμπληρώστε το προστατευτικό καπάκι ή αντικαταστήστε το υγρό φύλαξης μόλις θολώσει, παλιώσει ή λερωθεί.
- Καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με διάλυμα καθαρισμού για να αφαιρέσετε επικαθίσεις, για έως 15 λεπτά. Κάντε το πριν από τη βαθμονόμηση.
- Αποθηκεύετε το ηλεκτρόδιο χωρίς παγετό.

> **Φθορά:** το ηλεκτρόδιο είναι αναλώσιμο και φθείρεται από την πρώτη χρήση. Με τη σωστή φροντίδα διαρκεί περισσότερο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η τιμή συνεχίζει να αποκλίνει ή αντιδρά αργά	Καθαρίστε (έως 15 λεπ.), ξεπλύνετε και βαθμονομήστε ξανά. Αν δεν βοηθήσει: αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.
Η βαθμονόμηση αποτυγχάνει	Χρησιμοποιήστε νέο φακελάκι ή νέο μπουκάλι.
Η τιμή πηδά ή είναι παράλογη	Ελέγξτε ότι ο σύνδεσμος είναι σταθερός και στεγνός.
Το ηλεκτρόδιο έμεινε στεγνό	Τοποθετήστε το σε υγρό φύλαξης KCl 3 mol/l για τουλάχιστον μία ώρα, καλύτερα όλη τη νύχτα, και βαθμονομήστε ξανά.

Το πρόβλημα παραμένει; Επικοινωνήστε με τη Meytec μέσω info@meytec.eu ή +32 3 377 83 23. Αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό παραγγελίας σας.

Ασφάλεια

⚠ Οδηγίες ασφαλείας

- Ένα ηλεκτρόδιο είναι ευαίσθητο όργανο μέτρησης: ο αισθητήρας είναι από γυαλί. Μην το αφήνετε να πέσει και μη χτυπάτε τον αισθητήρα πουθενά.
- Φοράτε γάντια και γυαλιά ασφαλείας όταν εργάζεστε με διάλυμα βαθμονόμησης και καθαρισμού. Διαβάστε την ετικέτα του διαλύματος.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Απενεργοποιήστε τον ελεγκτή ή την αντλία πριν αφαιρέσετε το ηλεκτρόδιο από σωλήνα ή θάλαμο μέτρησης.
- Μην πιάνετε τον σύνδεσμο BNC με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του ηλεκτροδίου δίπλα σε βαρύ ηλεκτρικό καλώδιο (καλώδιο ρεύματος): αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές και να διαταράξει τη μέτρηση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Μην πετάτε το ηλεκτρόδιο στα οικιακά απορρίμματα. **Κύπρος:** παραδώστε το δωρεάν σε σημείο συλλογής ΑΗΗΕ, σε Πράσινο Σημείο ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Υπολείμματα υγρών: σύμφωνα με την ετικέτα και τους τοπικούς κανονισμούς. Σε άλλες χώρες, παραδώστε το ηλεκτρόδιο δωρεάν σε δημοτικό σημείο συλλογής ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 21 PAP **Κουτί** · PAP 21 · Χαρτί/καφέ σακούλα 4 LDPE **Προστατευτικός αφρός** · LDPE 4 · Τοπική αρχή

Τηρείτε τους κανόνες ανακύκλωσης της τοπικής αρχής σας.

ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ CE

CE Το ηλεκτρόδιο είναι αναλώσιμο· η νόμιμη εγγύηση 2 ετών εξακολουθεί να ισχύει. Συμμορφώνεται με την 2014/30/EU και με την Οδηγία RoHS 2011/65/EU, όπως τροποποιήθηκε με την (EU) 2015/863. Όροι και συμμόρφωση: δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο meytec.eu.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μοντέλο	**NXG-PH**
EAN	**5407007391608**
Σύνδεση	**BNC · 3 m**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Βέλγιο
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Λήψη του πλήρους εγχειριδίου
δείτε το εγχειρίδιο στο meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης ηλεκτροδίου pH Meytec NXG-PH · Ελληνικά · Έκδοση 1.0 · Οκτώβριος 2026