MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SVENSKA

SNABBSTARTSGUIDE

NXG-PH

pH-sond · BNC

För pool, akvarium, hydrokultur och vattenbehandling.

Så används elektroden på några minuter. Läs först säkerhetsanvisningarna på baksidan.



1 I förpackningen

- 1 × pH-sond NXG-PH med 3 m kabel och BNC-kontakt
- 1 × skyddslock med förvaringsvätska KCl 3 mol/l

Säljs separat på meytec.eu: kalibreringsvätska pH 4, pH 7 och pH 10, förvaringsvätska KCl 3 mol/l, rengöringsvätska, skyddslock för elektrod

Fullständig bruksanvisning

Skanna QR-koden eller **se bruksanvisningen på meytec.eu**.

Kom igång

2 Anslutning och första användning

1. Ta försiktigt av skyddslocket från elektroden. Häll inte bort förvaringsvätskan; förvara locket upprätt.
2. Skölj sensorn kort med rent vatten (kranvatten eller avjoniserat vatten) och skaka elektroden torr. Gnid inte på glaset.
3. Anslut BNC-kontakten till apparatens pH-ingång: tryck och vrid bajonettringen tills den klickar fast.
4. Kalibrera den nya elektroden i 3 punkter (pH 7, 4 och 10). Se punkt 3.

Sensorn alltid våt: sätt alltid tillbaka skyddslocket med förvaringsvätska efter användning. Låt aldrig sensorn torka ut.

⚠ Hantera inte BNC-kontakten med våta händer. Dra inte kabeln bredvid en grov strömkabel: det kan påverka mätningen.

3 Kalibrering

VILKA PUNKTER?	
3 punkter · pH 7, 4, 10	Vid en ny elektrod eller om kalibrering inte har gjorts på länge.
1 punkt · pH 7	För en mellanliggande kontroll.
2 punkter · pH 7 + 4 eller 7 + 10	Enligt vad mätaren eller styrsystemet kräver.

1. Rengör först elektroden om det finns beläggningar på den (se Underhåll) och skölj av.
2. Öppna en ny påse eller en ny flaska kalibreringsvätska pH 7.
3. Placera elektroden i vätskan och snurra den försiktigt.
4. Vänta tills värdet är helt stabilt (1–2 minuter).
5. Bekräfta kalibreringen på mätaren eller styrsystemet, enligt den apparatens bruksanvisning.
6. Skölj av elektroden, skaka den torr och gå vidare till nästa punkt (pH 4 eller pH 10).

Observera: Kalibrera alltid först pH 7, därefter pH 4 och/eller pH 10. Använd kalibreringsvätska endast en gång.

4 Mätning

1. Placera elektroden i hållaren eller mätkammaren, med sensorn helt i vattnet.
2. Vänta tills mätvärdet är stabilt innan det läses av.
3. Sitter elektroden i en ledning: se till att det alltid finns vatten runt sensorn, även när pumpen stannar.

5 Underhåll och förvaring

- Förvara alltid elektroden i skyddslocket, fyllt med förvaringsvätska KCl 3 mol/l. Aldrig torrt och aldrig i avjoniserat vatten: det kan skada elektroden obotligt.
- Fyll på skyddslocket eller byt förvaringsvätskan så snart den är grumlig, gammal eller förorenad.
- Rengör elektroden med rengöringsvätska för att ta bort beläggningar, högst 15 minuter. Gör detta före kalibreringen.
- Förvara elektroden frostfritt.

> **Slitage:** en elektrod är en förbrukningsvara och slits från första användningen. Med rätt skötsel håller den längre.

SNABB HJÄLP

PROBLEM	LÖSNING
Värdet fortsätter att driva eller reagerar långsamt	Rengör (max. 15 min), skölj och kalibrera på nytt. Hjälper det inte: byt elektroden.
Kalibreringen lyckas inte	Använd en ny påse eller en ny flaska.
Värdet hoppar eller är ologiskt	Kontrollera att kontakten sitter fast och är torr.
Elektroden har legat torr	Placera den minst en timme, helst en natt, i förvaringsvätska KCl 3 mol/l och kalibrera på nytt.

Kvarstår problemet? Kontakta Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Ange modell och ordernummer.

Säkerhet

⚠ Säkerhetsanvisningar

- En elektrod är ett känsligt mätinstrument: sensorn är av glas. Tappa den inte och stöt inte sensorn mot något.
- Använd handskar och skyddsglasögon vid arbete med kalibrerings- och rengöringsvätska. Läs vätskans etikett.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Stäng av styrsystemet eller pumpen innan elektroden tas ut ur en ledning eller mätkammare.
- Hantera inte BNC-kontakten med våta händer.
- Dra inte elektrodens kabel bredvid en grov elkabel (strömkabel): det kan orsaka störningar och påverka mätningen.

KASSERING OCH ÅTERVINNING



Släng inte elektroden i hushållsavfallet. **Nederländerna:** lämna den kostnadsfritt på återvinningscentralen (milieustraat) eller vid en insamlingsplats för Wecycle (wecycle.nl). **Belgien:** lämna den på återvinningscentralen (recyclagepark) eller hos en försäljningsplats som tar tillbaka elektriska apparater. Vätskerester: enligt etiketten och lokala regler. I andra länder lämnar ni elektroden kostnadsfritt på en kommunal återvinningscentral eller i en butik som tar emot elektriska och elektroniska produkter.

FÖRPACKNING 21 PAP **Kartong** · PAP 21 · Returpapper 4 LDPE **Skyddsskum** · LDPE 4 · Lättförpackningar

Följ alltid kommunens sorteringsregler.

REKLAMATIONSRÄTT OCH CE

CE En elektrod är en förbrukningsvara; reklamationsrätten enligt lag gäller. Uppfyller 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU, ändrat genom (EU) 2015/863. Villkor och överensstämmelse: se bruksanvisningen på meytec.eu.

IDENTIFIERING

Modell	**NXG-PH**
EAN	**5407007391608**
Anslutning	**BNC · 3 m**

TILLVERKARE

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Ladda ned fullständig bruksanvisning
se bruksanvisningen på meytec.eu

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES

Snabbstartsguide pH-sond Meytec NXG-PH · Svenska · Version 1.0 · oktober 2026