MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ROMÂNĂ

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

NXG-ORP

Electrod ORP aur · BNC

Pentru piscine cu dozare de clor sau electroliză de sare.

Așa utilizați electrodul în câteva minute. Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță de pe verso.



1 În ambalaj

- 1 × electrod NXG-ORP cu cablu de 3 m și conector BNC
- 1 × capac de protecție cu soluție de păstrare KCl 3 mol/l
- 1 × plic gratuit de soluție de calibrare ORP 475 mV

Disponibil separat pe meytec.eu: Soluție de calibrare ORP 475 mV și alte valori, Soluție de păstrare KCl 3 mol/l, Soluție de curățare, Capac de protecție pentru electrod

Manualul de utilizare complet

Scanați codul QR sau **consultați manualul de utilizare pe meytec.eu**.

Primii pași

2 Conectare și prima utilizare

1. Scoateți cu grijă capacul de protecție de pe electrod și păstrați capacul în poziție verticală.
2. Clătiți scurt senzorul și scuturați electrodul pentru uscare.
3. Conectați conectorul BNC la intrarea ORP a controlerului: împingeți și rotiți inelul baionetă până se fixează.
4. Calibrați electrodul nou cu soluția de calibrare cu valoarea cerută de aparatul dumneavoastră. A se vedea punctul 3.

Senzorul mereu umed: puneți întotdeauna la loc capacul de protecție cu soluție de păstrare după utilizare. Nu lăsați niciodată senzorul să se usuce.

⚠ Un electrod ORP nou are uneori nevoie de câteva ore la pornire pentru a se stabiliza. Așadar, nu-l calibrați imediat.

⚠ Nu manevrați conectorul BNC cu mâinile ude. Nu așezați cablul lângă un cablu de alimentare gros: acest lucru poate perturba măsurarea.

3 Calibrare

Consultați manualul aparatului de măsurare sau al sistemului de control pentru a utiliza valoarea de calibrare corectă. De obicei aceasta este 475 mV, 468 mV sau 650 mV. În multe cazuri puteți alege și singur un punct de referință pe aparat. Pentru aceasta puteți utiliza plicul ORP 475 mV furnizat.

1. Curățați mai întâi electrodul dacă are depuneri (a se vedea Întreținere) și clătiți-l.
2. Deschideți un plic proaspăt de soluție de calibrare cu valoarea cerută de aparatul dumneavoastră.
3. Puneți electrodul în soluție și rotiți-l ușor.
4. Așteptați până când valoarea este complet stabilă (1–2 minute).
5. Confirmați calibrarea pe controler, conform manualului acelui aparat.
6. Scoateți imediat electrodul din soluție, clătiți-l și scuturați-l pentru uscare.

Atenție: Soluția de calibrare ORP este corozivă: nu lăsați electrodul în ea mai mult decât este necesar și clătiți-l după aceea.

4 Măsurare

1. Puneți electrodul în suport sau în camera de măsurare, cu senzorul complet în apă.
2. Un electrod ORP nou are uneori nevoie de câteva ore la pornire pentru a se stabiliza.
3. Asigurați-vă că în jurul senzorului există întotdeauna apă, chiar și când pompa se oprește.

5 Întreținere și depozitare

- Păstrați întotdeauna electrodul în capacul de protecție, umplut cu soluție de păstrare KCl 3 mol/l. Niciodată uscat și niciodată în apă demineralizată: aceasta poate deteriora ireparabil electrodul.
- Completați capacul de protecție sau înlocuiți soluția de păstrare imediat ce este tulbure, veche sau contaminată.
- Curățați electrodul cu soluție de curățare pentru a îndepărta depunerile, timp de maximum 15 minute. Faceți acest lucru înainte de calibrare.
- Depozitați electrodul ferit de îngheț.

> **Uzură:** un electrod este un consumabil și se uzează de la prima utilizare. Cu îngrijirea potrivită, durează mai mult.

AJUTOR RAPID

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Valoarea derivă sau reacționează lent	Curățați (max. 15 min), clătiți cu apă demineralizată și calibrați din nou.
Calibrarea nu reușește	Utilizați un plic proaspăt și valoarea cerută de controler.
Valoarea sare sau este ilogică	Verificați dacă conectorul este bine fixat și uscat.
Electrodul nu mai funcționează după mult timp	Înlocuiți electrodul.

Problema persistă? Contactați Meytec prin info@meytec.eu sau +32 3 377 83 23. Menționați modelul și numărul comenzii dumneavoastră.

Siguranță

⚠ Instrucțiuni de siguranță

- Un electrod este un instrument de măsură sensibil: nu-l scăpați și nu loviți senzorul de nimic.
- Purtați mănuși și ochelari de protecție când lucrați cu soluție de calibrare și de curățare. Citiți eticheta soluției.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Opriți controlerul sau pompa înainte de a scoate electrodul dintr-o conductă sau dintr-o cameră de măsurare.
- Nu manevrați conectorul BNC cu mâinile ude.
- Nu așezați cablul electrodului lângă un cablu electric gros (cablu de alimentare): acest lucru poate provoca interferențe și poate perturba măsurarea.

ELIMINARE ȘI RECICLARE

Nu aruncați electrodul la gunoiul menajer. **România:** predați-l gratuit la un centru de colectare DEEE. Resturile de lichid: conform etichetei și regulilor locale. În alte țări, predați gratuit electrodul la un punct de colectare municipal sau la un magazin care preia echipamente electrice și electronice.

AMBALAJ 21 PAP **Cutie** · PAP 21 · Containerul albastru 4 LDPE **Spumă de protecție** · LDPE 4 · Containerul galben

Respectați întotdeauna regulile de colectare separată ale localității dumneavoastră.

GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI CE

CE Un electrod este un consumabil; garanția legală de conformitate de 2 ani rămâne valabilă. Conform cu 2014/30/EU și cu Directiva RoHS 2011/65/EU, astfel cum a fost modificată prin (EU) 2015/863. Condiții și conformitate: consultați manualul de utilizare pe meytec.eu.

IDENTIFICARE

Model	**NXG-ORP**
EAN	**5407007391615**
Conector	**BNC · 3 m**

PRODUCĂTOR

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgia
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descărcați manualul de utilizare complet

consultați manualul de utilizare pe meytec.eu

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES

Ghid de pornire rapidă electrod ORP Meytec NXG-ORP · Română · Versiunea 1.0 · octombrie 2026