MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

NXG-ORP

Ηλεκτρόδιο ORP χρυσού · BNC

Για πισίνες με δοσομέτρηση χλωρίου ή ηλεκτρόλυση άλατος.

Έτσι χρησιμοποιείτε το ηλεκτρόδιο σε λίγα μόνο λεπτά. Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας στο πίσω μέρος.



1 Στη συσκευασία

- 1 × ηλεκτρόδιο NXG-ORP με καλώδιο 3 m και σύνδεσμο BNC
- 1 × προστατευτικό καπάκι με υγρό φύλαξης KCl 3 mol/l
- 1 × δωρεάν φακελάκι διαλύματος βαθμονόμησης ORP 475 mV

Διατίθεται χωριστά στο meytec.eu: Διάλυμα βαθμονόμησης ORP 475 mV και άλλες τιμές, Υγρό φύλαξης KCl 3 mol/l, Διάλυμα καθαρισμού, Προστατευτικό καπάκι ηλεκτροδίου

Πλήρες εγχειρίδιο

Σαρώστε τον κωδικό QR ή **δείτε το εγχειρίδιο στο meytec.eu**.

Πρώτα βήματα

2 Σύνδεση και πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το προστατευτικό καπάκι από το ηλεκτρόδιο και κρατήστε το καπάκι όρθιο.
2. Ξεπλύνετε σύντομα τον αισθητήρα και τινάξτε το ηλεκτρόδιο.
3. Συνδέστε τον σύνδεσμο BNC στην είσοδο ORP του ελεγκτή σας: πιέστε και γυρίστε τον δακτύλιο μπαγιονέτ μέχρι να κουμπώσει.
4. Βαθμονομήστε το νέο ηλεκτρόδιο με το διάλυμα βαθμονόμησης με την τιμή που απαιτεί η συσκευή σας. Δείτε το βήμα 3.

Αισθητήρας πάντα υγρός: τοποθετείτε πάντα ξανά το προστατευτικό καπάκι με υγρό φύλαξης μετά τη χρήση. Μην αφήνετε ποτέ τον αισθητήρα να στεγνώσει.

⚠ Ένα νέο ηλεκτρόδιο ORP χρειάζεται μερικές φορές λίγες ώρες κατά την εκκίνηση για να σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό μην το βαθμονομήσετε αμέσως.

⚠ Μην πιάνετε τον σύνδεσμο BNC με βρεγμένα χέρια. Μην τοποθετείτε το καλώδιο δίπλα σε βαρύ καλώδιο ρεύματος: αυτό μπορεί να διαταράξει τη μέτρηση.

3 Βαθμονόμηση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του οργάνου ή του συστήματος ελέγχου σας για τη σωστή τιμή βαθμονόμησης. Συνήθως είναι 475 mV, 468 mV ή 650 mV. Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε επίσης να επιλέξετε μόνοι σας μια τιμή ρύθμισης στη συσκευή. Γι' αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο φακελάκι ORP 475 mV.

1. Καθαρίστε πρώτα το ηλεκτρόδιο αν έχει επικαθίσεις (δείτε την ενότητα Φροντίδα) και ξεπλύνετέ το.
2. Ανοίξτε ένα νέο φακελάκι διαλύματος βαθμονόμησης με την τιμή που απαιτεί η συσκευή σας.
3. Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στο υγρό και κουνήστε το απαλά.
4. Περιμένετε μέχρι η τιμή να είναι εντελώς σταθερή (1–2 λεπτά).
5. Επιβεβαιώστε τη βαθμονόμηση στον ελεγκτή σας, σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής.
6. Βγάλτε αμέσως το ηλεκτρόδιο από το υγρό, ξεπλύνετέ το και τινάξτε το.

Προσοχή: το διάλυμα βαθμονόμησης ORP είναι διαβρωτικό: μην αφήνετε το ηλεκτρόδιο μέσα περισσότερο από όσο χρειάζεται και ξεπλύνετέ το μετά.

4 Μέτρηση

1. Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στη βάση ή στον θάλαμο μέτρησης, με τον αισθητήρα εντελώς μέσα στο νερό.
2. Ένα νέο ηλεκτρόδιο ORP χρειάζεται μερικές φορές λίγες ώρες κατά την εκκίνηση για να σταθεροποιηθεί.
3. Φροντίστε να υπάρχει πάντα νερό γύρω από τον αισθητήρα, ακόμη κι όταν σταματά η αντλία.

5 Φροντίδα και αποθήκευση

- Αποθηκεύετε πάντα το ηλεκτρόδιο στο προστατευτικό καπάκι, γεμάτο με υγρό φύλαξης KCl 3 mol/l. Ποτέ στεγνό και ποτέ σε απιονισμένο νερό: αυτό μπορεί να καταστρέψει ανεπανόρθωτα το ηλεκτρόδιο.
- Συμπληρώστε το προστατευτικό καπάκι ή αντικαταστήστε το υγρό φύλαξης μόλις θολώσει, παλιώσει ή λερωθεί.
- Καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με διάλυμα καθαρισμού για να αφαιρέσετε επικαθίσεις, για έως 15 λεπτά. Κάντε το πριν από τη βαθμονόμηση.
- Αποθηκεύετε το ηλεκτρόδιο χωρίς παγετό.

> **Φθορά:** το ηλεκτρόδιο είναι αναλώσιμο και φθείρεται από την πρώτη χρήση. Με τη σωστή φροντίδα διαρκεί περισσότερο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η τιμή αποκλίνει ή αντιδρά αργά	Καθαρίστε (έως 15 λεπ.), ξεπλύνετε με απιονισμένο νερό και βαθμονομήστε ξανά.
Η βαθμονόμηση αποτυγχάνει	Χρησιμοποιήστε νέο φακελάκι και την τιμή που απαιτεί ο ελεγκτής σας.
Η τιμή πηδά ή είναι παράλογη	Ελέγξτε ότι ο σύνδεσμος είναι σταθερός και στεγνός.
Το ηλεκτρόδιο δεν λειτουργεί πια μετά από καιρό	Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.

Το πρόβλημα παραμένει; Επικοινωνήστε με τη Meytec μέσω info@meytec.eu ή +32 3 377 83 23. Αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό παραγγελίας σας.

Ασφάλεια

⚠ Οδηγίες ασφαλείας

- Ένα ηλεκτρόδιο είναι ευαίσθητο όργανο μέτρησης: μην το αφήνετε να πέσει και μη χτυπάτε τον αισθητήρα πουθενά.
- Φοράτε γάντια και γυαλιά ασφαλείας όταν εργάζεστε με διάλυμα βαθμονόμησης και καθαρισμού. Διαβάστε την ετικέτα του διαλύματος.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Απενεργοποιήστε τον ελεγκτή ή την αντλία πριν αφαιρέσετε το ηλεκτρόδιο από σωλήνα ή θάλαμο μέτρησης.
- Μην πιάνετε τον σύνδεσμο BNC με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του ηλεκτροδίου δίπλα σε βαρύ ηλεκτρικό καλώδιο (καλώδιο ρεύματος): αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές και να διαταράξει τη μέτρηση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Μην πετάτε το ηλεκτρόδιο στα οικιακά απορρίμματα. **Κύπρος:** παραδώστε το δωρεάν σε σημείο συλλογής ΑΗΗΕ, σε Πράσινο Σημείο ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Υπολείμματα υγρών: σύμφωνα με την ετικέτα και τους τοπικούς κανονισμούς. Σε άλλες χώρες, παραδώστε το ηλεκτρόδιο δωρεάν σε δημοτικό σημείο συλλογής ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 21 PAP **Κουτί** · PAP 21 · Χαρτί/καφέ σακούλα 4 LDPE **Προστατευτικός αφρός** · LDPE 4 · Τοπική αρχή

Τηρείτε τους κανόνες ανακύκλωσης της τοπικής αρχής σας.

ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ CE

CE Το ηλεκτρόδιο είναι αναλώσιμο· η νόμιμη εγγύηση 2 ετών εξακολουθεί να ισχύει. Συμμορφώνεται με την 2014/30/EU και με την Οδηγία RoHS 2011/65/EU, όπως τροποποιήθηκε με την (EU) 2015/863. Όροι και συμμόρφωση: δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο meytec.eu.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μοντέλο	**NXG-ORP**
EAN	**5407007391615**
Σύνδεση	**BNC · 3 m**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Βέλγιο
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Λήψη του πλήρους εγχειριδίου
δείτε το εγχειρίδιο στο meytec.eu

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης ηλεκτροδίου ORP Meytec NXG-ORP · Ελληνικά · Έκδοση 1.0 · Οκτώβριος 2026